



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΦΜ: 999426853
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:
1015.Ε00226.0001
ΑΔΑΜ: 26REQ019376613
ΑΔΑΜ: 26REQ019376623

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Ιωάννινα 03-07-2026
Αριθ. Πρωτ. 17757

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο : 2651099854

ΠΡΟΣ:

Υποψήφιους προμηθευτές
ΚΗΜΔΗΣ

Πληροφορίες : ΧΑΜΙΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
E-mail : nhamisi@uhi.gr

Κοιν. :

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε διαδικασία απ' ευθείας ανάθεσης με συλλογή κλειστών προσφορών για την προμήθεια εργαλείων (Γυναικολογικής λαπαροσκοπικής χειρουργικής) για τις ανάγκες της Κεντρικής Αποστείρωσης.

ΣΧΕΤ.: α. Ν.2955/2001
β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.
γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
ε. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016
ζ. Ν.4782/2021 όπως ισχύει
στ.Τα άρθρα 43, 44 & 45 του Ν.4605/2019
η. Ν.5218/2025
θ. Ν.4865/2025
ι. Η αρ.**128/26-06-2026** αίτηση προμήθειας της Κεντρικής Αποστείρωσης.
κ.Η αρ.**8955/02-07-2026** εντολή προμήθειας

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία της Κεντρικής Αποστείρωσης, παρακαλούμε να κατέθεσετε **έως της 10-07-2026, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.30 π.μ.** σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις, ο μειδότης θα προκύψει από το σύνολο του σετ.
2. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.
3. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί **με ποινή απόρριψης**, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα ,ότι έχει παραδοτέα την ζητούμενη ποσότητα και ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός σαρανταπέντε (45) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
4. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δύο (2) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
5. Η διάρκεια ισχύος
6. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

7. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007,4013/2011,4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.

8. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνα με το Π.Δ 166/5-06-2003.

Υποχρεωτικά

-Σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

-Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο επίσημο PROSPECTUS για αξιολόγηση. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα επίσημα PROSPECTUS δεν θα αξιολογούνται.

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης : 14.904,83€

Πηγή χρηματοδότησης : Τακτικός Προϋπολογισμός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠΕΙΡ.&ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853

ΕΤΟΣ: 2026
Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 8955
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 02/07/2026
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 02/07/2026 ΣΕΛΙΔΑ 1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ				ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών					
ΤΜΗΜΑ	4432 ΠΑΓΙΑ ΝΟΣ. ΤΜ. ΚΕΝΤΡ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ				
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2026 407	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2026 128	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.					
Παρατ.Αιτ.Προμ.					
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ		2477/2026		
	ΑΔΑ		90ΚΕ46906Η-ΛΑ6		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	20 ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
12720008 2012720008000001	ΛΑΒΙΔΑ-ΨΑΛΙΔΙ-ΚΑΝΟΥΛΑ-ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ - ΤΡΟΚΑΡ-ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ-ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ- ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5ΜΜ,ΜΗΚΟΥΣ 330ΜΜ & ΜΗΚΟΣ ΣΙΑΓΩΝΩΝ 26 ΜΜ	ΤΕΜ	1,00	1.050,0000	
12720008 2012720008000002	ΛΑΒΙΔΑ-ΨΑΛΙΔΙ-ΚΑΝΟΥΛΑ-ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ - ΤΡΟΚΑΡ-ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ-ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ- ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ & ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ (DISSECTOR) ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΜΑΡΥΛΑΝΔ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5ΜΜ,ΜΗΚΟΥΣ 330ΜΜ & ΜΗΚΟΣ ΣΙΑΓΩΝΩΝ 21ΜΜ	ΤΕΜ	1,00	800,0000	
12720008 2012720008000003	ΛΑΒΙΔΑ-ΨΑΛΙΔΙ-ΚΑΝΟΥΛΑ-ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ - ΤΡΟΚΑΡ-ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ-ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ- ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ & ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ ΜΑΝΕΣ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5ΜΜ,ΜΗΚΟΥΣ 330ΜΜ & ΜΗΚΟΣ ΣΙΑΓΩΝΩΝ 29ΜΜ	ΤΕΜ	1,00	1.050,0000	
12720008 2012720008000004	ΛΑΒΙΔΑ-ΨΑΛΙΔΙ-ΚΑΝΟΥΛΑ-ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ - ΤΡΟΚΑΡ-ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ-ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ- ΨΑΛΙΔΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΜΕΤΖΕΝΒΑΥΜ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5ΜΜ,ΜΗΚΟΥΣ 330ΜΜ & ΜΗΚΟΣ ΣΙΑΓΩΝΩΝ 23ΜΜ	ΤΕΜ	1,00	800,0000	
12720008 2012720008000005	ΛΑΒΙΔΑ-ΨΑΛΙΔΙ-ΚΑΝΟΥΛΑ-ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ - ΤΡΟΚΑΡ-ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ-ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΣΧΗΜΑΤΟΣ L (HOOK) ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5ΜΜ,ΜΗΚΟΥΣ 340ΜΜ	ΤΕΜ	1,00	290,0000	
12720008 2012720008000006	ΛΑΒΙΔΑ-ΨΑΛΙΔΙ-ΚΑΝΟΥΛΑ-ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ - ΤΡΟΚΑΡ-ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ-ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ- ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΛΑΒΙΔΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΕΡΒΕ,ΜΗΚΟΥΣ 3000ΜΜ	ΤΕΜ	1,00	100,0000	
12720008 2012720008000007	ΛΑΒΙΔΑ-ΨΑΛΙΔΙ-ΚΑΝΟΥΛΑ-ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ - ΤΡΟΚΑΡ-ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ-ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ- ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟ (ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΛΑΒΙΔΑΣ),ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΕΡΒΕ	ΤΕΜ	1,00	200,0000	
12720008 2012720008000008	ΛΑΒΙΔΑ-ΨΑΛΙΔΙ-ΚΑΝΟΥΛΑ-ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ - ΤΡΟΚΑΡ-ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ-ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ- ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5ΜΜ	ΤΕΜ	1,00	1.200,0000	
12720008 2012720008000009	ΛΑΒΙΔΑ-ΨΑΛΙΔΙ-ΚΑΝΟΥΛΑ-ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ - ΤΡΟΚΑΡ-ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ-ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ- ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΛΥΣΗΣ -ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5ΜΜ,ΜΗΚΟΥΣ 290ΜΜ	ΤΕΜ	1,00	1.488,00	
12720008 2012720008000010	ΛΑΒΙΔΑ-ΨΑΛΙΔΙ-ΚΑΝΟΥΛΑ-ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ - ΤΡΟΚΑΡ-ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ-ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ- ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5ΜΜ,ΜΗΚΟΥΣ 330ΜΜ & ΜΗΚΟΣ ΣΙΑΓΩΝΩΝ 19ΜΜ	ΤΕΜ	1,00	600,0000	
12720008 2012720008000011	ΛΑΒΙΔΑ-ΨΑΛΙΔΙ-ΚΑΝΟΥΛΑ-ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ - ΤΡΟΚΑΡ-ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ-ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ- ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ ΜΕ ΓΩΝΙΩΔΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5ΜΜ,ΜΗΚΟΥΣ 330ΜΜ	ΤΕΜ	1,00	744,00	
				1.500,0000	
				1.860,00	
				1.500,0000	
				1.860,00	

	& ΜΗΚΟΣ ΣΙΑΓΩΝΩΝ 19MM			
12720008	ΛΑΒΙΔΑ-ΨΑΛΙΔΙ-ΚΑΝΟΥΛΑ-ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ - ΤΡΟΚΑΡ-ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ-ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ-	TEM	2,00	650,0000
2012720008000012	ΤΡΟΚΑΡ ΜΕ ΘΗΚΗ ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5,5MM, ΜΗΚΟΥΣ 100MM ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΓΙΑ CO2 (ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟ).	24,00	24101040000001	1.612,00
12720008	ΛΑΒΙΔΑ-ΨΑΛΙΔΙ-ΚΑΝΟΥΛΑ-ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ - ΤΡΟΚΑΡ-ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ-ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ-	TEM	2,00	670,0000
2012720008000013	ΤΡΟΚΑΡ ΜΕ ΘΗΚΗ ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10MM, ΜΗΚΟΥΣ 10MM, ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΓΙΑ CO2(ΓΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟ)	24,00	24101040000001	1.661,60
12720008	ΛΑΒΙΔΑ-ΨΑΛΙΔΙ-ΚΑΝΟΥΛΑ-ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ - ΤΡΟΚΑΡ-ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ-ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ-	TEM	1,00	290,0000
2012720008000014	ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ(ΤΩΝ 5 ΣΕΤ) ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ 10MM & 12,5MM, ΜΕ ΜΕΤΑΡΟΠΕΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΤΡΟΚΑΡ 5,5MM	24,00	24101040000001	359,60

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

14.904,83

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Κ.Α.Α.

ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Το σετ να είναι πλήρης, τελευταίας τεχνολογίας και να περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη διενέργεια πλήρους πράξης. Τα τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν απαραίτητα στην τεχνική περιγραφή και στο φύλλο συμμόρφωσης στις παρούσες προδιαγραφές, με τήρηση της ίδιας αρίθμησης και με τις ανάλογες παραπομπές θα τεκμηριώνονται με αντίστοιχα prospectus, εγκρίσεις κλπ. στοιχεία για να αξιολογηθούν.

ΓΕΝΙΚΑ

- Οι προσφορές να αφορούν το σύνολο των ζητούμενων εργαλείων.
- Οι λαβίδες τα ψαλίδια να είναι αποσπώμενες σε τρία μέρη (χειρολαβή, θήκη μόνωσης και στελεό) για ασφαλή καθαρισμό αλλά και σε περίπτωση βλάβης να μην χρειάζεται η αντικατάσταση όλης της λαβίδας. Η συναρμολόγησή τους να γίνεται εύκολα και γρήγορα με μηχανισμό "click".
- Η θήκη μόνωσης αυτών να διαθέτει επιπλέον επίστρωση από υλικό Halar (ECTFE) ως μέγιστο βαθμό μόνωσης για πλήρη ασφάλεια του ασθενούς και του χειρουργού αλλά και υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή.
- Οι χειρολαβές αυτών να είναι εργονομικές με κλείδωμα για εύκολο και άνετο χειρισμό από δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.
- Ο στελεός αυτών να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι και μετά την σύνδεσή του με την θήκη μόνωσης να μην προεξέχει στο ελάχιστο το αρθρωτό του τμήμα για αποφυγή ακούσιου τραυματισμού κάποιου ιστού.
- Όλα τα προσφερόμενα να είναι πολλαπλών χρήσεων κλιβανιζόμενα σε κλίβανο στους 134°C.
- Γίνονται δεκτές αποκλίσεις στα αριθμητικά ζητούμενα χαρακτηριστικά $\pm 5\%$
- Να προσφερθούν σύμφωνα με τα παραπάνω:

Σετ γυναικολογικής λαπαροσκοπικής χειρουργικής

1. Johan μονοπολική ατραυματική λαβίδα σύλληψης, με σιαγόνες μονής ενέργειας, θυριδωτούς με οδόντωση, μηχανισμό κλειδώματος, πλήρως περιστρεφόμενη, διαμέτρου 5mm, μήκους 330mm και μήκος σιαγώνων 26 χιλ..
(Τεμάχια 1)
2. Maryland μονοπολική ατραυματική λαβίδα σύλληψης και αποκόλλησης (dissector), με σιαγόνες διπλής ενέργειας, με οδόντωση, μηχανισμό κλειδώματος, πλήρως περιστρεφόμενη, διαμέτρου 5mm, μήκους 330mm και μήκος σιαγώνων 21 χιλ.
(Τεμάχια 1)
3. Manes μονοπολική λαβίδα σύλληψης και εξαγωγής με σιαγόνες μονής ενέργειας, 2/3 claw δόντια, μηχανισμό κλειδώματος, πλήρως περιστρεφόμενη, διαμέτρου 5mm, μήκους 330mm και μήκος σιαγώνων 29 χιλ..
(Τεμάχια 1)
4. Metzenbaum μονοπολικό ψαίδι, με σιαγόνες διπλής ενέργειας, κυρτούς αριστερά, πλήρως περιστρεφόμενο, διαμέτρου 5mm, μήκους 330mm και μήκος σιαγώνων 23 χιλ.
(Τεμάχια 1)
5. Hook μονοπολικό ηλεκτρόδιο σχήματος L διαμέτρου 5mm, μήκους 340mm
(Τεμάχια 1)
6. Μονοπολικό καλώδιο σύνδεσης των άνω λαβίδων και ηλεκτροδίων με την διαθερμία MARTIN μήκους 3000 mm.
(Τεμάχια 1)
7. Διπολικό καλώδιο σύνδεσης διαθερμίας.
(Τεμάχια 1)
8. Διαθερμία διπολική διαμέτρου 5mm.
(Τεμάχια 1)
9. Κάνουλα πλύσης αναρρόφησης με οπές περιμετρικά στο άκρο της, διαμέτρου 5mm, μήκους 410mm .
(Τεμάχια 1)
10. Βελονοκάτοχο με γωνιώδη χειρολαβή και σιαγόνες διπλής ενέργειας, κυρτούς αριστερά, διαμέτρου 5mm, μήκους 330mm και μήκος σιαγώνων 19 χιλ.
(Τεμάχια 1)
11. Βελονοκάτοχο με γωνιώδη χειρολαβή με σιαγόνες διπλής ενέργειας, κυρτούς δεξιά, διαμέτρου 5mm, μήκους 330mm και μήκος σιαγώνων 19 χιλ.
(Τεμάχια 1)
12. Τροκάρ με θήκη γωνιώδης στο άκρο, διαμέτρου 5,5 χιλ μήκους 100 χιλ. με είσοδο για CO₂, ειδική βαλβίδα σφράγισης εσωτερική, μεταλλική τύπου μπίλιας μαγνητική για αντοχή, με σπειροειδές τοίχωμα στην θήκη και πυραμοειδές αιχμηρό άκρο για εύκολη είσοδο στο περιτόναιο.
(Τεμάχια 2)
13. Τροκάρ με θήκη γωνιώδης στο άκρο, διαμέτρου 10 χιλ μήκους 100 χιλ. με είσοδο για CO₂, ειδική βαλβίδα σφράγισης εσωτερική, μεταλλική τύπου μπίλιας μαγνητική για αντοχή, με σπειροειδές τοίχωμα στην θήκη και πυραμοειδές αιχμηρό άκρο για εύκολη είσοδο στο περιτόναιο.
(Τεμάχια 2)
14. Σετ πέντε τουλάχιστον μειωτήρων για τα τροκάρ 10 χιλ. και 12.5 χιλ ώστε να μετατρέπουν την είσοδο αντίστοιχη σε τροκάρ 5.5 χιλ.
(Τεμάχια 1)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
2. Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark, και να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για

Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Medical grade). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

3. Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015-Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, πιστοποίηση κατά ISO 13485:2016-Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Βεβαίωση ότι εφαρμόζει Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3(α)4822/2025 (όπως τροποποίησε την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π./οικ.1348/2004), πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015-Σύστημα Περιβαλλοντικής Ποιότητας, πιστοποίηση κατά ISO 27001:2022-Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και κατά ISO 27701:2019-Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας, πιστοποίηση κατά ISO 37001:2016-Σύστημα Διαχείρισης Καταπολέμησης της Δωροδοκίας και πιστοποίηση κατά ISO 45001:2018-Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. Επιπλέον ο προμηθευτής να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. σύμφωνα με το Ν. 4819/2021 και την Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103, όπως ισχύουν, και να είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Ο.ΑΝ.) βάσει της ΥΑ οικ. 181504/2016 – ΦΕΚ2454/Β/2016, όπως τροποποιηθείσα ισχύει, όπου θα προκύπτει η ένταξή του σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συσκευασιών. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
 4. Ο προμηθευτής να προσκομίσει αποδεικτικά ότι έχει καταβάλλει το τελευταίο «ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3370/2005, άρθρο 48, παράγραφος 3 (ΦΕΚ 176Α'/11-07- 05). Αποδεικτικά αποτελούν: 1) η «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ» του τελευταίου έτους και 2) το σχετικό υποβληθέν ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ ΕΟΦ. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα αποδεικτικά.
 5. Με την τοποθέτηση των εργαλείων να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραίτητως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών.
 6. Να αναφέρεται η επίσημη εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.
-