



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



Ορθή επαν.:07-05-2025

Βαθμός προτεραιότητας: ΚΟΙΝΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 9^{ης} ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Τόπος: Αλεξανδρούπολη

Ημερομηνία: 25-04-2025

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ. : 28924

Ταχ. Δ/νση : 6^ο χλμ Αλεξ/πολης-Θεσ/νικης
Ταχ. Κώδικας : 68100
Πληροφορίες : Σταμπουλή Λ.
Τηλέφωνο : 25510 89361
E-mail : l.stampouli@ekab.gr

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 12 ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ «ΕΚΑΒ» - ΝΠΔΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΑΕ 13 (Α.Π. 22509 / 08-04-2025 ορθή επαν. της 10-04-2025)
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/06/2025 , ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ , ΩΡΑ: 14:00 μ.μ.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2025 , ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ , ΩΡΑ: 10:30 π.μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
CPV	33760000-5, 33140000-3, 33192000-2, 33141110-4, 33141112-8, 33196000-0, 33141623-3, 33157110-9, 33172200-8, 33141123-8, 33141760-05, 33141119-7, 33141620-2, 38434540-3, 35112000-2, 33172000-6, 34000000-7, 34328300-5
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα να συμμετέχει για κάθε ομάδα ειδών χωριστά, με την προϋπόθεση ότι στην

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΟ: 29.906,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 36.017,23€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	180 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΔΑΜ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	25REQ016635967
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Κ.Α.Ε.	1311
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΔΑ	2097 ΨΚΝΣΟΡ1Π-9ΩΜ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ,ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ έχει οριστεί με την υπ’ αριθ. ΕΚΑΒ ΣΥΝ. 63/11-12-2024, Θέμα 16 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ	ΝΤΑΠΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2551089352 e-mail: m.ntaptaki@ekab.gr

Το ΕΚΑΒ Παράρτημα Αλεξανδρούπολης, κατόπιν του υπ’αριθμ. **ΑΕ 13** (Α.Π. 22509 / 08-04-2025 ορθή επαν. της 10-04-2025) αιτήματος προμήθειας, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια **ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει **προσφορά**, έως την οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σύμφωνα με τον κατωτέρω **επισυναπτόμενο πίνακα**..

1η ΟΜΑΔΑ (ΚΑΕ 1311)							
A/A	Περιγραφή Αγαθού ή Υπηρεσίας	CPV	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή μονάδας	Εκτιμώμενη αξία	Φ.Π.Α. 24%	Συνολική δαπάνη
1	ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΕΥΚΟΣ (συσκευασία 5 κιλών)	33760000-5	1000	2,00€	2.000,00€	480,00€ (24%)	2.480,00€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					2.000,00€	480,00€	2.480,00€
Τεχνικές προδιαγραφές: ΣΥΝ14/3-4-23 (ΑΔΑ: Ψ75ΣΟΡ1Π-ΧΗΚ) Θα παραδοθεί σε δύο δόσεις, η πρώτη παράδοση θα γίνει με την κατακύρωση και η δεύτερη εντός τετραμήνου.							
2η ΟΜΑΔΑ (ΚΑΕ 1311)							
A/A	Περιγραφή Αγαθού ή Υπηρεσίας	CPV	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή μονάδας	Εκτιμώμενη αξία	Φ.Π.Α. (6%)	Συνολική δαπάνη
1	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚ/ΜΕΤΡΟΥ (1b των 50τμχ) SOLUS V2	33140000-3	1000	0,32€	320,00€	19,20€ (6%)	339,20€
2	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚ/ΜΕΤΡΟΥ (1b των 50τμχ) CONTOUR CARE	33140000-3	700	0,36€	252,00€	15,12€ (6%)	267,12€

3	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚ/ΜΕΤΡΟΥ (1b των 50τμχ) WELLION GALILEO	33140000-3	500	0,32€	160,00€	9,60€ (6%)	169,60€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					732,00€	43,92€	775,92€

Τεχνικές προδιαγραφές: Δεν υπάρχουν προδιαγραφές. Καλύπτονται με την τεκμηριωμένη και ακριβή περιγραφή του είδους και βάση της λειτουργικής απαίτησης της συσκευής που θα χρησιμοποιηθεί το είδος. Ν. 4412/2016 άρθρο 54 § 3γ και Π.δ.118/2007 (Α150) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3^η ΟΜΑΔΑ (ΚΑΕ 1311)

A/A	Περιγραφή Αγαθού ή Υπηρεσίας	CPV	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή μονάδας	Εκτιμώμεν η αξία	Φ.Π.Α. (13%) ή (24%)	Συνολική δαπάνη
1	ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΚΟΛΑΡΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	33192000-2	200	10,000€	2.000,00€	260,00€ (13%)	2.260,00€
2	ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΚΟΛΑΡΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΚΑ	33192000-2	50	10,00€	500,00€	65,00€ (13%)	565,00€
3	ΟΞΥΖΕΝΕ 250ml σε φιάλη	33140000-3	150	0,90€	135,00€	32,40€ (24%)	167,40€
4	ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	33140000-3	250	1,20€	300,00€	72,00€ (24%)	372,00€
5	ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΑΓΟΣ (COLD PACK)	33140000-3	250	0,95€	237,50€	57,00€ (24%)	294,50€
6	ΣΤΙΚ ΑΜΜΩΝΙΑΣ	33140000-3	100	1,00€	100,00€	24,00€ (24%)	124,00€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					3.272,50€	510.40€	3.782,90€

Τεχνικές προδιαγραφές:

Για τα είδη Νο1 & Νο2 :ΣΥΝ35/11-10-22 (ΑΔΑ:ΨΧΔΔΟΡ1Π-ΦΜΗ)

Για Νο3 & Νο6 : Δεν υπάρχουν προδιαγραφές. Καλύπτονται με την τεκμηριωμένη και ακριβή περιγραφή του είδους και βάση της λειτουργικής απαίτησης της συσκευής που θα χρησιμοποιηθεί το είδος. Ν. 4412/2016 άρθρο 54 § 3γ και Π.δ.118/2007 (Α150) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για το Νο4: ΣΥΝ13/28-3-23 (ΑΔΑ: ΨΛΓΕΟΡ1Π-ΦΞΦ)

Για το Νο5: ΣΥΝ32/21-7-22 (ΑΔΑ: 990ΙΟΡ1Π-7ΚΙ)

4^η ΟΜΑΔΑ (ΚΑΕ 1311)

A/A	Περιγραφή Αγαθού ή Υπηρεσίας	CPV	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή μονάδας	Εκτιμώμεν η αξία	Φ.Π.Α. (13%)	Συνολική δαπάνη
1	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 10 cm	33141110-4	500	0,30€	150,00€	19,50€ (13%)	169,50€
2	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 8 cm	33141110-4	500	0,25€	125,00€	16,25€ (13%)	141,25€
3	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 20 cm	33141110-4	200	0,50€	100,00€	13,00€ (13%)	113,00€
4	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ)	33141112-8	600	1,50€	900,00€	117,00€ (13%)	1.017,00€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					1.275,00€	165,75€	1.440,75€

Τεχνικές προδιαγραφές:

Για το Νο1, Νο2, Νο3 & Νο4 ΣΥΝ13/28-3-23 (ΑΔΑ: ΨΛΓΕΟΡ1Π-ΦΞΦ)							
5 ^η ΟΜΑΔΑ (ΚΑΕ1311)							
A/A	Περιγραφή Αγαθού ή Υπηρεσίας	CPV	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή μονάδας	Εκτιμώμενη αξία	Φ.Π.Α. (24%)	Συνολική δαπάνη
1	ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ- ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ	33196000-0	10	60,50€	605,00€	145,20€ (24%)	750,20€
2	ΣΑΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	33141623-3	10	230,00€	2.300,00€	552,00€ (24%)	2.852,00€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					2.905,00€	697,20	3.602,20
Τεχνικές προδιαγραφές: Για το Νο1: ΤΕΥΧΟΣ 2016 –Νο27 Για το Νο2: ΤΕΥΧΟΣ 2016 –Νο39							
6 ^η ΟΜΑΔΑ (ΚΑΕ 1311)							
A/A	Περιγραφή Αγαθού ή Υπηρεσίας	CPV	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή μονάδας	Εκτιμώμενη αξία	Φ.Π.Α. (24%)	Συνολική δαπάνη
1	ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο ² ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗ Σ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	33157110-9	800	1,80€	1.440,00€	345,60€ (24%)	1.785,60€
2	ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο ² ΑΠΛΕΣ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ	33157110-9	1000	0,80€	800,00€	192,00€ (24%)	992,00€
3	ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (ΓΥΑΛΑΚΙΑ) ΟΞΥΓΟΝΟΥ ενηλίκων	33157110-9	1000	0,60€	600,00€	144,00€ (24%)	744,00€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					2.840,00€	681,60€	3.521,60€
Τεχνικές προδιαγραφές: Για το Νο1: ΣΥΝ14/3-4-23(ΑΔΑ: Ψ75ΣΟΡ1Π-ΧΗΚ) Για το Νο2: ΤΕΥΧΟΣ 2016- Νο183 Για το Νο3 : ΣΥΝ13/28-3-23 (ΑΔΑ: ΨΛΓΕΟΡ1Π-ΦΞΦ)							
7 ^η ΟΜΑΔΑ (ΚΑΕ 1311)							
A/A	Περιγραφή Αγαθού ή Υπηρεσίας	CPV	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή μονάδας	Εκτιμώμενη αξία	Φ.Π.Α. (24%)	Συνολική δαπάνη
1	ΥΠΕΡΓΛΩΤΤΙΔΙΚ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ Νο 1	33192000-2	35	40,00€	1.400,00€	336,00€ (24%)	1.736,00€
2	ΥΠΕΡΓΛΩΤΤΙΔΙΚ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ Νο 2	33192000-2	35	40,00€	1.400,00€	336,00€ (24%)	1.736,00€

3	ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ No 10	33140000-3	15	4,00€	60,00€	14,40€ (24%)	74,40€
4	ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ No12	33140000-3	15	4,00€	60,00€	14,40€ (24%)	74,40€
5	ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ No14	33140000-3	15	4,00€	60,00€	14,40€ (24%)	74,40€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					2.980,00€	715,20€	3.695,20€

Τεχνικές προδιαγραφές:

Για τα είδη 1 και 2: ΣΥΝ. 19/16-5-23 (ΑΔΑ: 6Λ7ΘΟΡ1Π-ΧΩ5)

Για τα είδη 3,4 και 5: ΣΥΝ.6/8-2-23 (ΑΔΑ: 6Π4ΝΟΡ1Π-ΑΣΠ)

8^η ΟΜΑΔΑ (ΚΑΕ 1311)

A/A	Περιγραφή Αγαθού ή Υπηρεσίας	CPV	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή μονάδας	Εκτιμώμενη αξία	Φ.Π.Α. 24%	Συνολική δαπάνη
1	ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝ Α ΤΟΥ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ (AMBU)	33172200-8	10	90,00€	900,00€	216,00€ (24%)	1.116,00€
2	ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝ Α ΤΟΥ, ΠΑΙΔΩΝ (AMBU)	33172200-8	12	108,00€	1.296,00€	311,04€ (24%)	1.607,04€
3	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Σ ΑΣΚΟΣ AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ (μιας χρησεως)	33172200-8	15	5,10€	76,50€	18,36€ (24%)	94,86€
4	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Σ ΑΣΚΟΣ AMBU ΠΑΙΔΙΩΝ (μιας χρησεως)	33172200-8	10	5,60€	56,00€	13,44€ (24%)	69,44€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					2.328,50€	558,84€	2.887,34€

Τεχνικές προδιαγραφές:

Για τα είδη 1 και 2: ΤΕΥΧΟΣ 2016 – Για το 1) Νο165 & 2) Νο164

Για τα είδη 3 και 4: :Δεν υπάρχουν προδιαγραφές. Καλύπτονται με την τεκμηριωμένη και ακριβή περιγραφή του είδους και βάση της λειτουργικής απαίτησης της συσκευής που θα χρησιμοποιηθεί το είδος. Ν. 4412/2016 άρθρο 54 § 3γ και Π.δ.118/2007 (Α150) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9^η ΟΜΑΔΑ (ΚΑΕ 1311)

A/A	Περιγραφή Αγαθού ή Υπηρεσίας	CPV	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή μονάδας	Εκτιμώμενη αξία	Φ.Π.Α. (24%)	Συνολική δαπάνη
1	ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ	33141123-8	20	1,00€	20,00€	4,80€ (24%)	24,80€

	ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟ						
2	ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟ	33141123-8	8	3,50€	28,00€	6,72€ (24%)	34,72€
3	ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΕ Σ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΤ 6 τμχ	33141760-5	20	54,00€	1.080,00€	140,40€ (13%)	1.220,40€
4	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΑΖΑ 10x10	33141119-7	1500	0,10€	150,00€	19,50€ (13%)	169,50€
5	ΨΑΛΙΔΙ (ΤΥΦΛΟ) 18cm	33141620-2	20	2,15€	43,00€	10,32€ (24%)	53,32€
6	ΝΕΦΡΟΕΙΔΕΣ	33140000-3	800	0,95€	760,00€	182,40€ (24%)	942,40€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					2.081,00€	364,14€	2.445,14€
Τεχνικές προδιαγραφές: Για το Νο 1 & Νο 2 ΣΥΝ14/3-4-23 ΑΔΑ: Ψ75ΣΟΡ1Π-ΧΗΚ Για τα Νο 3 ΣΥΝ. 9/19-3-24 (ΑΔΑ:6Ζ9ΨΟΡ1Π-ΜΥΒ) Για τα Νο 4 ΣΥΝ13/28-3-23 (ΑΔΑ:ΨΛΓΕΟΡ1Π-ΦΞΦ) Για τα Νο 5 ΣΥΝ. 17/21-5-2024 (ΑΔΑ: ΨΙΝΤΟΡ1Π-4ΝΗ) Για τα Νο 6 ΣΥΝ14/3-4-23 (ΑΔΑ:Ψ75ΣΟΡ1Π-ΧΗΚ)							
10^η ΟΜΑΔΑ (ΚΑΕ 1311)							
A/A	Περιγραφή Αγαθού ή Υπηρεσίας	CPV	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή μονάδας	Εκτιμώμενη αξία	Φ.Π.Α. 24% ή 13%	Συνολική δαπάνη
1	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ, Νο1 - 100 τμχ, Νο1 - 100, Νο2 -200 τμχ, Νο3 - 200τμχ, Νο4 - 200τμχ, Ν5- 150τμχ,	33140000-3	950	0,70€	665,00€	159,60€ (24%)	824,60€
2	Ενδοτραχειακός σωλήνας με cuff Νο 5-50τμχ, Νο 5,5-60, Νο 7-30τμχ, Νο 7,5-40τμχ, Νο 8-40τμχ, Νο 8,5-40τμχ, Νο 9-40τμχ	33140000-3	300	1,35€	405,00€	97,20€ (24%)	502,20€
3	Τραχειο-οισοφαρυγγικός σωλήνας Νο 3-60 τμχ, Νο 4-60τμχ,	33140000-3	120	1,35€	162,00€	38,88€ (24%)	200,88€
4	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΠΛΑ	38434540-3	100	2,20€	220,00€	52.80€ (24%)	272,80€

25PROC016772991 2025-05-07

	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡ ΩΝ						
5	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ 10X10cm	33140000-3	80	27,00€	2.160,00€	280,80€ (13%)	2.440,80€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					3.612,00€	629,28€	4.241,28€

Τεχνικές προδιαγραφές:Για το **№1** ΣΥΝ32/21-7-22 ΑΔΑ: 990ΙΟΡ1Π-7ΚΙΓια το **№2** ΣΥΝ14/3-4-23 ΑΔΑ: Ψ75ΣΟΡ1Π-ΧΗΚΓια το **№3** ΤΕΥΧΟΣ 2016 Νο 38 (για τα νούμερα Νο3 και Νο4)Για το **№4** ΣΥΝ33/12-9-23 ΑΔΑ: 6Κ5ΟΟΡ1Π-38ΕΓια το **№5** ΣΥΝ39/31-10-23 ΑΔΑ: 675ΚΟΡ1Π-ΘΥΩ**11^η ΟΜΑΔΑ (ΚΑΕ 1311)**

Α/Α	Περιγραφή Αγαθού ή Υπηρεσίας	CPV	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή μονάδας	Εκτιμώμενη αξία	Φ.Π.Α. 24%	Συνολική δαπάνη
1	ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗ ΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ	35112000-2	20	90,00€	1.800,00€	432,00€ (24%)	2.232,00€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					1.800,00€	432,00€	2.232,00€

Τεχνικές προδιαγραφές: ΣΥΝ. 21/30-5-23 ΑΔΑ: 61ΝΡΟΡ1Π-Δ98**12^η ΟΜΑΔΑ (ΚΑΕ 1311)**

Α/Α/ Α/Α	Περιγραφή Αγαθού ή Υπηρεσίας	CPV	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή μονάδας	Εκτιμώμενη αξία	Φ.Π.Α. (24%)	Συνολική δαπάνη
1	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	33172000-6	5	170,00€	850,00€	204,00€ (24%)	1.054,00€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					850,00€	204,00€	1.054,00€

Τεχνικές προδιαγραφές: ΤΕΥΧΟΣ 2016 –No 104**13^η ΟΜΑΔΑ (ΚΑΕ 1311)**

Α/Α	Περιγραφή Αγαθού ή Υπηρεσίας	CPV	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή μονάδας	Εκτιμώμενη αξία	Φ.Π.Α. (24%)	Συνολική δαπάνη
1	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣ ΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ	34000000-7	14	95,00€	1.330€	172,90€ (13%)	1.502,90€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					1.330€	172,90€	1.502,90€

Τεχνικές προδιαγραφές: : ΤΕΥΧΟΣ 2016 –No16**14^η ΟΜΑΔΑ (ΚΑΕ 1311)**

Α/Α	Περιγραφή Αγαθού ή Υπηρεσίας	CPV	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή μονάδας	Εκτιμώμενη αξία	Φ.Π.Α. (24%)	Συνολική δαπάνη
1	ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΟΥ <u>ΜΟΝΕΣ</u>	34328300-5	30	19,00€	570,00€	136,80€ (24%)	706,80€

	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΠΗ						
2	ΖΩΝΕΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΔΙΠΛΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΠΗ	34328300-5	30	19,00€	570,00€	136,80€ (24%)	706,80€
3	ΤΟΥΡΝΙΚΕ (ΙΣΧΑΙΜΟΠΕΡΙΔΕ ΣΗ)	34328300-5	30	19,00€	570,00€	136,80€ (24%)	706,80€
4	ΙΜΑΝΤΑΣ ΧΤΑΠΟΔΙ	34328300-5	10	19,00€	190,00€	45,60€ (24%)	235,60€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				1.900,00€	456,00€	2.356,00€	
Τεχνικές προδιαγραφές: Για No1 & No2 ΣΥΝ32/21-7-22 ΑΔΑ: 990ΙΟΡ1Π-7ΚΙ Για το No3 ΣΥΝ9/28-02-23 ΑΔΑ: ΨΦΚ2ΟΡ1Π-Ο7Θ Για το No4 ΣΥΝ39/09-11-22 ΑΔΑ: ΨΙ9ΨΟΡ1Π-ΘΝΙ							

Ι. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

- Οι προσφορές του διαγωνισμού υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, μέχρι την ημέρα και ώρα που ορίζονται στην παρούσα, στο πρωτόκολλο του Ε.Κ.Α.Β. (1ος όροφος) σε κλειστό φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
 - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ, 6^ο ΧΛΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Τ.Κ. 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, (ΔΡΑΓΑΝΑ).
 - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
 - Ο αριθμός της μικροπρομήθειας **ΑΕ 13 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ), ΟΜΑΔΑ Η' ΟΜΑΔΕΣ.....**, το αντικείμενο του διαγωνισμού και την Αρμόδια Επιτροπή προμήθειας η οποία διενεργεί το Διαγωνισμό.
 - Τα στοιχεία του αποστολέα - προσφέροντος.
- Οι προσφορές που θα αποσταλούν μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών, θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν αξιολογούνται.
- Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος προσφέρων θα αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση ότι θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα.
- Η μειοδοσία γίνεται ανά ομάδα, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).
- Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα να συμμετέχει για κάθε ομάδα ειδών χωριστά, με την προϋπόθεση και επί ποινή αποκλεισμού, ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών της αντίστοιχης ομάδας.
- Ο συμμετέχων δύναται να υποβάλλει προσφορά/προσφορές για κάθε μία από τις δεκατέσσερις (14) ομάδες, υποβάλλοντας και συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Προσφορές οι οποίες δεν περιλαμβάνουν με σαφήνεια το σύνολο του αριθμού των ειδών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να εκφράζονται σε Ευρώ και να δίνονται ανά μονάδα, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών και κάθε άλλη δαπάνη επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
- Το τίμημα της οικονομικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, διαφορετικά η προσφορά θεωρείται απαράδεκτη.

9. Εναλλακτικές προσφορές και αναπροσαρμογή των τιμών δεγτώνται δεκτές.
10. Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σταθερές καθ'όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
11. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης η αναθέτουσα αρχή έχει την δυνατότητα να ζητήσει διευκρινήσεις από τους προσφέροντες σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας.
12. Χρόνος παράδοσης: έως τριάντα (30) ημέρες από την ανακοίνωση κατακύρωσης ή την υπογραφή της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
13. Τόπος παράδοσης: στο κτίριο του Παραρτήματος στην Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη.

II. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη σύμφωνα με το Προσάρτημα που ακολουθεί, υπογεγραμμένη από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο, όπως προκύπτει από το καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

A. Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση του παραρτήματος.

B. Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι ίση ή μεταγενέστερη του χρόνου δημοσίευσης της πρόσκλησης (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).

Γ. Την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν:

- οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
- ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)
- ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς.
- ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.
- κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας.

Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων η Υπεύθυνη Δήλωση βρίσκεται στο τέλος της παρούσης πρόσκλησης.

2. Οικονομική προσφορά, η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς την ομάδα (π.χ. 1^η Ομάδα) για την οποία υποβάλλουν προσφορά. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν για κάθε ομάδα χωριστά με την προϋπόθεση και επί ποινή αποκλεισμού, ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών και της ποσότητας αυτών, της αντίστοιχης ομάδας. Στην κάθε προσφορά θα πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά των τεχνικών προδιαγραφών.

3. Τεχνική προσφορά, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται και θα περιέχει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά πιστοποιητικά που ζητούνται.

III. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται

2. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση email.
3. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση, απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016.
4. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών, σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία, την παρακράτηση των νόμιμων κρατήσεων και την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του Προμηθευτή και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του.
5. Ο προμηθευτής υπόκειται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.
6. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.
7. Όποιο στοιχείο ή όρος δεν αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση, καλύπτεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 20174/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, καθώς και τις σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

IV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί με e-mail τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την αποστολή του email τα κάτωθι δικαιολογητικά.

1. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του **ποινικού μητρώου** ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, **που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του**. Η προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος, αφορά τον διευθύνοντα σύμβουλο και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
- β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
- γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
- δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

25PROC016772891_2025-05-07 ΑΔΑ: Ψ5ΕΓΟΡ1Π-ΑΛΟ
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή (σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους), από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας **δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:**

α) **καταβολή φόρων.** Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, υποβάλλεται αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την ΑΑΔΕ το οποίο θα πρέπει να αναφέρει ως λόγο έκδοσης «για κάθε νόμιμη χρήση»

β) **καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική).** Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, υποβάλλεται πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ, το οποίο θα πρέπει να αναφέρει ως λόγο έκδοσης «για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ»

Σημείωση: Σε περίπτωση νομικών προσώπων, το πιστοποιητικό αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

3. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας (να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του). Το παρόν εκδίδεται online (Υπουργείο Δικαιοσύνης ΑΔΑ: Ω1Α2Ω-41Τ)

4. Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης (να έχουν εκδοθεί 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους) :

α) Ισχύον καταστατικό (τελευταίο κωδικοποιημένο),

β) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (μεταβολών) που θα αναφέρονται οι γενόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού του φορέα.

γ) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί αναλυτικής εκπροσώπησης στο οποίο θα φαίνεται ο διαχειριστής του φορέα, καθώς και

5) Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (όπως εμφανίζονται στο taxis net).

V. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης, κοινοποιεί ειδική πρόσκληση προκειμένου να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντας του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) μέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

25PROC016772991 2025-05-07

Ημερομηνία:

AΦM:

Τηλέφωνο:

Email: (υποχρεωτικό)

ΠΡΟΣ: ΕΚΑΒ –Παράρτημα Αλεξανδρούπολης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ

«ΑΕ 13 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΣΥΝΟΛΟ					

- Η παρούσα προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
- Αναλαμβάνω την δέσμευση ότι θα εκτελέσω την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα.

/ / 2025

Ο Προμηθευτής

(υπογραφή – σφραγίδα)

1^η Ομάδα

Λευκός χαρτοβάμβακας

- Να αποτελείται από 100% λευκό χημικό πολτό, με απαλή υφή και να είναι κατάλληλος για νοσοκομειακή χρήση.
- Τα φύλλα του χαρτοβάμβακα να είναι ομοιόμορφα, χωρίς τοπικά αραιώματα και σχισίματα.
- Να έχει βάρος 18 gr/m² (ανοχή ±5%)
- Να έχει αντοχή σε εφελκυσμό, βάσει του ISO 1924.
- Να έχει διαστάσεις ανά φύλλο περίπου 55 X 40 cm
- Να εμφανίζει απορροφητικότητα σύμφωνη με TAPPI-T432m-82
- Να έχει τέφρα κατά ISO 2144
- Το προς προμήθεια υλικό να είναι συσκευασμένο σε πακέτα των 5 kgf έκαστο, προστατευμένα σε χαρτοκιβώτια, με τα φύλλα διπλωμένα μέσα σε απαραβίαστη πλαστική συσκευασία
- Τα υλικά συσκευασίας να μην επηρεάζουν το περιεχόμενο και να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν κατά την μεταφορά
- Στην συσκευασία να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: το εργοστάσιο παραγωγής (επωνυμία και τόπος), το είδος του περιεχομένου και τη σύστασή του, οι διαστάσεις των φύλλων και το καθαρό βάρος
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση

2η Ομάδα

Δεν υπάρχουν προδιαγραφές. Καλύπτονται με την τεκμηριωμένη και ακριβή περιγραφή του είδους και βάση της λειτουργικής απαίτησης της συσκευής που θα χρησιμοποιηθεί το είδος. Ν. 4412/2016 άρθρο 54 § 3γ και Π.δ.118/2007 (Α150) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3η Ομάδα

Είδος 1: Συσκευή ακινητοποίησης αυχένα, ενηλίκων

- Το κέλυφος να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό και υποαλλεργικό υλικό (π.χ. προπυλένιο, πολυαιθυλένιο) και να διαθέτει εσωτερικά ειδική επένδυση από ατραυματικό και μαλακό υλικό
- Να εξασφαλίζει πρόσβαση στην περιοχή του λάρυγγα (π.χ. για έλεγχο τραχειοτομίας)
- Να είναι ακτινοδιαπερατό και συμβατό για εξέταση M.R.I και C.T.
- Να είναι επίπεδο όταν δεν χρησιμοποιείται για εύκολη αποθήκευση
- Να είναι μιας χρήσεως
- Να μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε μέγεθος αυχένα ενηλίκων με εύκολο μηχανισμό προσαρμογής καθ' ύψος
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Το υλικό να διατίθεται σε ατομική συσκευασία και να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO

- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

Είδος 2: Συσκευή ακινητοποίησης αυχένα, παιδών

- Το κέλυφος να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό και υποαλλεργικό υλικό (π.χ. προπυλένιο, πολυαιθυλένιο) και να διαθέτει εσωτερικά ειδική επένδυση από ατραυματικό και μαλακό υλικό
- Να εξασφαλίζει πρόσβαση στην περιοχή του λάρυγγα (π.χ. για έλεγχο τραχειοτομίας)
- Να είναι ακτινοδιαπερατό και συμβατό για εξέταση M.R.I και C.T.
- Να είναι επίπεδο όταν δεν χρησιμοποιείται για εύκολη αποθήκευση
- Να είναι μιας χρήσεως
- Να μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε μέγεθος αυχένα νηπίων, παιδών και μικρόσωμων ενηλίκων, με εύκολο μηχανισμό προσαρμογής καθ' ύψος
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Το υλικό να διατίθεται σε ατομική συσκευασία
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

Είδος 3 & 6: Δεν υπάρχουν προδιαγραφές. Καλύπτονται με την τεκμηριωμένη και ακριβή περιγραφή του είδους και βάση της λειτουργικής απαίτησης της συσκευής που θα χρησιμοποιηθεί το είδος. Ν. 4412/2016 άρθρο 54 § 3γ και Π.δ.118/2007 (Α150) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Είδος 4: Σεντόνι αλουμινίου

- Να είναι κατασκευασμένο από ειδικό πολυεστέρα με επίστρωση κράματος αλουμινίου υψηλής τεχνολογικής επεξεργασίας, μονωτικής ικανότητας και ανάκτησης της θερμότητας του ασθενούς μέχρι 85%
- Να παρέχει μόνωση κατά του ψύχους, της υγρασίας και της θερμότητας
- Να φέρει επιμεταλλωμένες επιφάνειες σε χρώμα ασημί και χρυσαφί
- Να είναι διαστάσεων 160 X 210 cm περίπου
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.

Είδος 5: Στιγματικός ξηρός πάγος

- Να διατίθεται σε συσκευασία του μεγαλύτερου δυνατού μεγέθους.
- Να φέρουν στο εσωτερικό της, μια μικρή σακουλίτσα με νερό και γύρω κόκκους νιτρικού αμμώνιου.
- Μετά την ρήξη να παγώνει αμέσως και να διαρκεί για αρκετά λεπτά προκειμένου να είναι αποτελεσματικό για τον έλεγχο της υπερθερμίας και άλλων καταστάσεων.
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485:2016.
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.

4η Ομάδα

Είδος 1, 2 και 3: Ελαστικός επίδεσμος

- Να έχει συνθεση 70% μαλακί - 30% συνθετικά νήματα
- Να είναι κατασκευασμένος με στήμονα: 130 κλωστές/10 cm, κρόκη 94 κλωστές/10 cm και βάρος 65+/-3 gr/m². Οι παρυφές του επιδέσμου είναι υφασμένες σε μορφή ούγκιας και όχι κομμένες
- Να είναι ατομικά συσκευασμένος σε σελοφάν που να φέρει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και επισημάνσεις
- Ο αριθμός των συνδετήρων να είναι:
 - Ένας (1) για επιδέσμους πλάτους 6-8 cm
 - Δύο (2) για επιδέσμους πλάτους 10-12 cm
 - Τρεις (3) για επιδέσμους πλάτους 15-20 cm
- Να μπορεί να πλυθεί και να αποστειρωθεί στους 135 °C
- Να έχει καλή ελαστικότητα
- Να είναι κατασκευασμένος από υποαλλεργικό υλικό
- Να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος
- Να είναι συμβατός με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες
- Να διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485:2016.
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες μετά την παράδοση

Είδος 4: Αυτοκόλλητη ταινία (λευκοπλάστ)

- Να είναι μεταξωτή και υποαλλεργική
- Να είναι λευκού χρώματος
- Να διατίθεται σε ρολό, διαστάσεων:
 - Πλάτος ταινίας: 2,5 cm
 - Μήκος ταινίας: 9 m τουλάχιστον
- Η εσωτερική της επιφάνεια να είναι επιστρωμένη από ελεγχόμενη ομοιόμορφη κολλητική μάζα, η οποία δεν αποχωρίζεται κατά το ξετύλιγμα του ρολού
- Να είναι διαπερατή από υδρατμούς και αέρα
- Να προσφέρει εξαιρετική συγκράτηση
- Να αφαιρείται τελείως ανώδυνα
- Να μην αφήνει υπολείμματα στο δέρμα κατά την αφαίρεσή της
- Να κόβεται εύκολα με το χέρι, λόγω των ειδικών πτυχώσεων σε όλο το μήκος της
- Να ενδείκνυται για ευαίσθητες επιδερμίδες
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark.
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή /και 13485:2016.
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση

5η Ομάδα

Είδος 1: Στηθοσκόπιο

- Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο. Να είναι στέρεο και ανθεκτικό σε σκληρή χρήση.
- Τα άκρα που προσαρμόζονται στα αυτιά να καλύπτονται από μαλακό πλαστικό και να προσφέρουν καλή εφαρμογή
- Οι βραχίονες να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και να παρέχουν καλή ακουστική
- Ο σωλήνας να είναι από νεοπρένιο το οποίο επιτρέπει το δίπλωμα του σωλήνα

- Το διάφραγμα του στηθοσκοπίου να εφαρμόζει στην επιφάνεια του σώματος και να έχει βέλτιστη ακουστική και διαστάσεις περίπου 4 cm
- Να φέρει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

Είδος 2: Σάκος υγειονομικού υλικού

- Ο σάκος να είναι κατασκευασμένος από ειδικό αδιάβροχο ύφασμα υψηλής αντοχής στο σκίσιμο και την τριβή
- Να έχει μικρό βάρος, μέγιστο 2,5 Kgr
- Να διαθέτει εσωτερικές θήκες καθώς επίσης και δύο εξωτερικές πλαϊνές και μια εμπρόσθια, κατάλληλες για την αποθήκευση υγειονομικού υλικού
- Να διαθέτει ιμάντα ανάρτησης στον ώμο καθώς και χειρολαβές, για την εύκολη και ασφαλή μεταφορά του
- Οι διαστάσεις του να είναι περίπου 450 X 330 X 300 mm ή μεγαλύτερες
- Το χρώμα του σάκου να είναι έντονο (π.χ. πορτοκαλί, κόκκινο) και να φέρει φωτοαντανεκλαστικές λωρίδες σήμανσης
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

6η Ομάδα

Είδος 1: Μάσκα χορήγησης O2 μη επαναεισπνοής, ενηλίκων

- Να είναι κατασκευασμένη από μαλακό, ατοξικό πλαστικό υλικό
- Να είναι άχρωμη και διαφανής
- Να έχει ρυθμιζόμενο επιρίνιο μεταλλικό έλασμα για να είναι εφικτή η σωστή εφαρμογή της μάσκας και να εμποδίζει τις διαρροές O2 και κατάλληλη για όλα τα μεγέθη προσώπου ενηλίκων
- Να φέρει σωλήνα μήκους 2 m, με εσωτερικές αυλακώσεις που να προστατεύουν από διακοπή παροχής O2 σε περίπτωση τσακίσματός του
- Επί της μάσκας να υπάρχουν οι κατάλληλες βαλβίδες ροής
- Ο αποθεματικός ασκός να είναι υψηλής αντοχής έναντι του σκισίματος
- Όλο το σετ να είναι μιας χρήσης
- Το σετ να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα
- Να φέρει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση

Είδος 2: Μάσκα χορήγησης O2 απλή, ενηλίκων

- Να είναι κατασκευασμένη από διάφανο, μαλακό και ελαφρύ πλαστικό υλικό
- Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής και ανατομική κατασκευή για το πηγούνι
- Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη, έτσι ώστε να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη προσώπου ενηλίκων
- Να διαθέτει μεταλλικό επιρίνιο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση της μάσκας στη κεφαλή
- Να διαθέτει αυξομειούμενη ελαστική ταινία για τη συγκράτηση της μάσκας στη

- Να εφαρμόζει εύκολα και να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους 1,8 m και να εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ροόμετρο
- Να είναι σε ατομική συσκευασία
- Ο σωλήνας να είναι ειδικά κατασκευασμένος έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 90°, να μην διακόπτεται η παροχή O₂
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.

Είδος 3: Ρινικός καθετήρας O₂

- Να είναι κατασκευασμένος από άριστο, μαλακό και ατοξικό υλικό
- Να είναι μιας χρήσεως
- Να διατηρείται στην θέση τοποθετήσεώς του, προκειμένου να μην υπάρχουν απώλειες
- Ο σωλήνας να είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε σε περίπτωση κάμψης του σε κατά 90°, να μην διακόπτεται η παροχή O₂
- Να είναι κατάλληλα σχεδιασμένος έτσι ώστε κατά την χρήση του να επιτρέπει στον ασθενή να μιλά με άνεση
- Να έχει σωλήνα μήκους τουλάχιστον 1,80 m
- Το σημείο σύνδεσης με την παροχή O₂ να είναι από κατάλληλο υλικό έτσι ώστε κατά την σύνδεση να είναι εύχρηστο και να μην υπάρχουν απώλειες
- Το επιρίνιο να είναι από μαλακό υλικό, ατραυματικό, με σχετικά μικρό αυλό και να προσαρμόζονται άνετα στον εκάστοτε ασθενή, χωρίς να προκαλούν ερεθισμούς
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.

7η Ομάδα

Είδη 1 και 2: Υπεργλωττιδική συσκευή διαχείρισης αεραγωγού

- Να είναι συσκευή 2ης γενιάς (2nd generation), ατραυματική, με cuff από ζελέ (gel), χωρίς προσθήκη αέρα
- Με cuff από θερμοπλαστικό ελαστικό ζελέ το οποίο να θερμαίνεται εντός του ασθενή και λειτουργώντας ως αρνητικό εκμαγείο στις εσωτερικές δομές, να παρέχει μοναδικό ανατομικό σφράγισμα σε οποιοσδήποτε φαρυγγικές, λαρυγγικές και περιλαρυγγικές δομές
- Με έχει πεπλατυσμένο σχήμα που να παρέχει στρεπτική ακαμψία
- Να διαθέτει ειδική επιγλωττιδική βάση και ενσωματωμένη προστασία από δάγκωμα (bite block)
- Να διαθέτει ειδικό κανάλι για αναρρόφηση γαστρικών υγρών
- Να επιδέχεται δια μέσω του σωλήνα του, ενδοτραχειακό σωλήνα
- Να διατίθεται σε Νο 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 και 5.0
- Να είναι latex free
- Να είναι μίας χρήσης
- Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία
- Να διαθέτει CE mark
- Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 ή/και 13485

- Να είναι κατάλληλος για χρήση με κάθε τύπου ενδοτραχειακούς σωλήνες
- Να διατίθεται σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία
- Να είναι κατασκευασμένος από εύκαμπτο μέταλλο με λεία πλαστική επένδυση latex free
- Να διαθέτει κατάλληλη λαβή για πιο εύκολο χειρισμό και κοίλο άκρο για την αποφυγή τραυματισμών
- Να έχει διαστάσεις: μήκος 33 cm τουλάχιστον εξωτερική διάμετρος 3.0 mm περίπου
- Να είναι κατάλληλος για ενδοτραχειακούς σωλήνες άνω των 3.0 mm
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και ISO 13485
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά»

8η Ομάδα

Είδος 1: Ασκός ανάνηψης ενηλίκων με τα παρελκόμενά του, ενηλίκων

- Να είναι πολλαπλών χρήσεων
- Ο ασκός και οι μάσκες να μπορούν να κλιβανιστούν σε θερμοκρασία περίπου 130 – 135 °C ή να αποστειρωθούν με αέριο
- Να διαθέτει δεξαμενή ασκού με όγκο τουλάχιστον 1300 ml
- Να συνοδεύεται από τρεις (3) μάσκες Νο 3, 4 και 5, των οποίων η περιοχή επαφής με τον ασθενή, να είναι κατασκευασμένη από μαλακή σιλικόνη, 100% latex-free προς αποφυγή διαρροών και να είναι διαφανείς
- Να διαθέτει ενσωματωμένη ή δυνατότητα σύνδεσης με βαλβίδα PEEP
- Να διαθέτει ειδική υποδοχή σύνδεσης με παροχή οξυγόνου
- Να συνοδεύεται από θήκη με όλα τα εξαρτήματα, εύκολα μεταφερόμενη, και ιδιαίτερης αντοχής
- Να συνοδεύεται από διαφανή αποθεματικό ασκό οξυγόνου και σωλήνα παροχής οξυγόνου με μήκος τουλάχιστον 1,5 m
- Να προσκομιστεί αναλυτική λίστα ανταλλακτικών, προκειμένου σε περίπτωση βλάβης να είναι δυνατή η επισκευή της συσκευής και να μην επιβάλλεται η απόσυρσή της.
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη
- Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα

Είδος 2: Ασκός ανάνηψης με τα παρελκόμενά του, παιδών

- Να είναι πολλαπλών χρήσεων
- Ο ασκός και οι μάσκες να μπορούν να κλιβανιστούν σε θερμοκρασία περίπου 130 – 135 °C ή να αποστειρωθούν με αέριο
- Να διαθέτει δεξαμενή ασκού με όγκο 500 – 700 ml
- Να συνοδεύεται από τρεις (3) μάσκες Νο 1, 2 και 3, των οποίων η περιοχή επαφής με τον ασθενή, να είναι κατασκευασμένη από μαλακή σιλικόνη, 100% latex-free προς αποφυγή διαρροών και να είναι διαφανείς
- Να διαθέτει ενσωματωμένη ή δυνατότητα σύνδεσης με βαλβίδα PEEP
- Να διαθέτει ειδική υποδοχή σύνδεσης με παροχή οξυγόνου
- Να συνοδεύεται από θήκη με όλα τα εξαρτήματα, εύκολα μεταφερόμενη, και

ιδιαίτερα αντοχής

- Να συνοδεύεται από διαφανή αποθεματικό ασκό O_2 και σωλήνα παροχής οξυγόνου με μήκος τουλάχιστον 1,5 m
- Να προσκομιστεί αναλυτική λίστα ανταλλακτικών, προκειμένου σε περίπτωση βλάβης να είναι δυνατή η επισκευή της συσκευής και να μην επιβάλλεται η απόσυρσή της.
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη
- Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα

Είδη 3 και 4: Δεν υπάρχουν προδιαγραφές. Καλύπτονται με την τεκμηριωμένη και ακριβή περιγραφή του είδους και βάση της λειτουργικής απαίτησης της συσκευής που θα χρησιμοποιηθεί το είδος. Ν. 4412/2016 άρθρο 54 § 3γ και Π.δ.118/2007 (Α150) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9η Ομάδα

Είδος 1: Δοχείο απόρριψης βελονών, μεγάλο

- Να είναι κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό
- Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 5 lit
- Να είναι χρώματος κίτρινου ή κόκκινου
- Να φέρει καπάκι σφράγισης διαφορετικού χρώματος, με σημείο εισόδου της βελόνας και εγκοπή απομάκρυνσης της βελόνας και της σύριγγας
- Να φέρει πάνω στο καπάκι, ελαστικό έλασμα (πτερύγιο) απομόνωσης της βελόνας από το περιβάλλον
- Να είναι κυλινδρικό
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485
- Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ISO 23907-1:2019
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

Είδος 2: Δοχείο απόρριψης βελονών, μικρό

- Να είναι κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό
- Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 250 ml, και διαστάσεις τουλάχιστον 90 X 50 mm
- Να είναι χρώματος κίτρινου ή κόκκινου
- Να φέρει καπάκι σφράγισης, με σημείο εισόδου της βελόνας και εγκοπή απομάκρυνσης της βελόνας και της σύριγγας
- Να φέρει κλίπ στήριξης στην ζώνη του διασώστη
- Να απορρίπτεται μαζί με το περιεχόμενό του
- Να έχει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485
- Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ISO 23907-7:2019
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

Είδος 3: Αερονάρθηκες ακινητοποίησης μελών, σετ έξι (6) τεμαχίων

- Το σετ να αποτελείται από έξι τεμάχια:
 - Full leg

- > Ποδοκνημικής
- > Full arm
- > Half arm
- > Πηχεοκαρπικής
- Να συνοδεύονται από τσάντα αποθήκευσης και μεταφοράς, τρόμπα αέρα και να αναγράφεται έξω από κάθε θήκη το μέγεθος του μέλους
- Να είναι κατασκευασμένοι από PVC
- Να φουσκώνουν με το στόμα ή με παροχή αέρα μέσω τρόμπας
- Να φουσκώνουν γρήγορα και να αποβάλλεται ο αέρας το ίδιο γρήγορα
- Να διαθέτουν φερμουάρ ή ιμάντες τύπου Velcro για την ακινητοποίηση του μέλους
- Να διαθέτουν βαλβίδα caps lock με προέκταση και να βρίσκεται τοποθετημένη εξωτερικά του νάρθηκα
- Να είναι κατάλληλοι για την πραγματοποίηση ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων
- Να είναι εύκολοι στο καθάρισμα και να μπορούν να απολυμανθούν
- Οι ελάχιστες διαστάσεις ανά μέλος, να είναι (± 2 cm):
 - > Full leg: 85 X 35 cm
 - > Half leg: 70 X 30 cm
 - > Ποδοκνημικής: 40 X 35 cm
 - > Full arm: 75 X 53 cm
 - > Half arm: 65 X 45 cm
 - > Πηχεοκαρπικής: 35 X 40 cm
- Στο τελείωμα να είναι ανοιχτοί για τον έλεγχο κυκλοφορίας του αίματος και μετατραυματικού οιδήματος
- Να διαθέτουν πιστοποίηση CE mark
- Το υλικό να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών

Είδος 4: Αποστειρωμένη γάζα

- Να είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβάκι
- Να έχει διαστάσεις 10X10 cm και δώδεκα (12) αναδιπλώσεις για το μέγεθος αυτό
- Να αναγράφεται στην συσκευασία της, η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης
- Να έχει αρκετό αριθμό κλωστών/cm² ώστε το βάρος της να είναι 15-16 gr/m², και υψηλή απορροφητικότητα (ο χρόνος εμβάπτισης σε υγρό να είναι 4-5 sec)
- Να μην είναι αλκαλική και όξινη
- Να είναι ελεύθερη από κόλλα και να μην έχει χρωστικές ουσίες
- Οι υδατοδιαλυτές ουσίες να μην ξεπερνούν το 3,65% και οι διαλυτές σε αιθέρα ουσίες το 0,5%
- Η υγρασία της να είναι μικρότερη από 7%
- Οι αναδιπλώσεις στα άκρα να είναι μεγάλες έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να μείνουν ινίδια ή ξέφτια στο ανοιχτό τραύμα του ασθενούς
- Η συσκευασία να είναι των δέκα (10) τεμαχίων ανά πακέτο
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση

- Να είναι τύπου Lister ατραυματικό
- Να είναι κατάλληλο για την κοπή ρούχων και επιδέσμων
- Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο μέταλλο
- Να διαθέτει εργονομικές χειρολαβές
- Να διαθέτει CE mark

Είδος 6: Νεφροειδές

- Να είναι μιας χρήσεως
- Να έχει ικανοποιητικό βάθος
- Η μία πλευρά του να έχει κοίλωμα, έτσι ώστε να προσαρμόζεται εύκολα στο πηγούνι του ασθενούς
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να διατίθεται σε συσκευασία των πενήντα (50) τεμαχίων τουλάχιστον

10η Ομάδα

Είδος 1: Στοματοφαρυγγικός αεραγωγός

- Να είναι κατασκευασμένος από πλαστικό υλικό, αποστειρωμένοι και μη τραυματικοί
- Να διατίθεται σε όλα τα μεγέθη: 0, 1, 2, 3, 4 και 5
- Να διαθέτει χρωματικές ενδείξεις ανά μέγεθος
- Να είναι μιας χρήσεως
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Το υλικό να διατίθεται σε ατομική συσκευασία και ξεχωριστό κουτί για κάθε μέγεθος, και να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485:2016.
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να αναγράφεται στην συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης και να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.

Είδος 2: Ενδοτραχειακός σωλήνας με cuff

- Να είναι κατασκευασμένος από πλαστικό latex free, εύκαμπτο μη τοξικό υλικό και αποστειρωμένος
- Να διατίθεται στα μεγέθη: 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
- Να διαθέτει διαβαθμίσεις
- Να αναγράφει στο σώμα της συσκευής ή στην συσκευασία της, την ημερομηνία αποστείρωσης, με ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση
- Να έχει ακτινοσκοπική γραμμή
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Το υλικό να διατίθεται σε ατομική συσκευασία και ξεχωριστό κουτί για κάθε μέγεθος, και να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.

Είδος 3: Τραύμα-Προστατευτικό αυτί

- Να είναι αποστειρωμένος και κατασκευασμένος από θερμοευαίσθητο PVC, χωρίς ερεθιστικές και τοξικές ιδιότητες.
- Να διαθέτει ακτινοσκοπική γραμμή καθ' όλο το μήκος του.
- Να είναι πλήρως διαφανής.
- Το άκρο του να είναι στρογγυλευμένο και ατραυματικό.
- Να προσφερθεί σε μεγέθη 2 – 7 περίπου.
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark.
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση

Είδος 4: Αντιμικροβιακό φίλτρο, ενηλίκων

- Να προσαρμόζεται σε κύκλωμα αναπνευστήρα ενηλίκων καθώς και σε μάσκα χορήγησης οξυγόνου
- Να παρέχει προστασία από διαφορετικούς τύπους σωματιδίων, συμπεριλαμβανομένων βακτηριδίων, ιών και σκόνης
- Να είναι κατασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την χορήγηση οξυγόνου ακόμα κι αν τσακίζει
- Να εμφανίζει όσο το δυνατό μικρότερη αντίσταση κατά την χορήγηση οξυγόνου με μάσκα τύπου ambu ή αναπνευστήρα
- Να είναι απαλλαγμένο από χημικές ουσίες
- Να κατακρατά ιούς και μικρόβια κατά 99,9%
- Να έχει πιστοποίηση CE
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485
- Να φέρει δείκτες καταλληλότητας και η διάρκεια ζωής του να είναι τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

Είδος 5: Αιμοστατική γάζα

- Να είναι σχεδιασμένη για να σταματάει γρήγορα τις δυνητικά θανατηφόρες αιμορραγίες
- Να είναι απλή στη χρήση, εξαιρετικά αποτελεσματική και ασφαλής
- Να είναι συσκευασμένη σε πρακτική συσκευασία που ανοίγει εύκολα
- Να μην προκαλεί επιπλοκές στον ανθρώπινο οργανισμό
- Να αφαιρείται εύκολα από το τραύμα με απλή πλύση αποστειρωμένου ορού
- Να παρέχει αντιμικροβιακή προστασία στην πληγή
- Να είναι εγκεκριμένο ως ιατρικό προϊόν Class III Medical Device
- Να έχει διαστάσεις 10 X 10 cm
- Να δίδεται σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία
- Η αποστείρωση να καλύπτει τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος και τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης
- Να διαθέτει τις παρακάτω πιστοποιήσεις: CE, FDA, Class III Medical Device
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485

11η Ομάδα

Είδος 1: Συσκευή σταθεροποίησης λεκάνης

- Να είναι σχεδιασμένη ώστε να εφαρμόζει το κατάλληλο εύρος δύναμης

σταθεροποίησης στα κατάγματα με κλάνη (ή ανάλογα τεχνικά κατάγματα), προς αποφυγή περαιτέρω επιπτώσεων στην υγεία του ασθενούς

- Να είναι κατάλληλη για άτομα με περιφέρεια 80 – 130 cm περίπου
- Το πίσω μέρος της συσκευής να είναι κατασκευασμένο από υλικό χαμηλής τριβής έτσι ώστε να διευκολύνει την μεταφορά του τραυματία
- Το ύφασμα κατασκευής της, να είναι ανθεκτικό στο τέντωμα και να είναι εύκολο στον καθαρισμό του με κοινά απορρυπαντικά και απολυμαντικά διαλύματα έτσι ώστε να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί
- Να είναι ακτινοδιαπερατή, προκειμένου να είναι εφικτή η πραγματοποίηση εξετάσεων με τη χρήση X-rays
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485
- Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών τουλάχιστον» Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για λήψη απόφασης.

12η Ομάδα

Είδος 1: Συσκευή ενδοοστικής έγχυσης, ενηλίκων

- Η συσκευή να είναι κατάλληλη για ενδοοστική έγχυση σε ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών
- Να είναι ασφαλής, αξιόπιστη και εύχρηστη ακόμη και σε ακραίες συνθήκες χρήσης
- Να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά (να αναφερθούν)
- Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής του βάθους διείδυσης της ενδοοστικής βελόνας ανάλογα με την επιλογή της θέσης της ενδοοστικής πρόσβασης
- Να είναι δυνατόν να τοποθετηθεί σε τουλάχιστον τρεις (3) εναλλακτικές θέσεις ενδοοστικής πρόσβασης
- Όλες οι προτεινόμενες θέσεις τοποθέτησης να αναγράφονται επί της συσκευής για μεγαλύτερη ευκολία κατά τη χρήση της
- Να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένη και να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.
- Για τη λειτουργία της να μην απαιτείται καμία εξωτερική πηγή ενέργειας
- Να είναι έτοιμη προς χρήση οποτεδήποτε χρειαστεί, χωρίς την ανάγκη συντήρησης ή/και έλεγχο καλής λειτουργίας μπαταριών
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

13η Ομάδα

Είδος 1: Σύστημα ακινητοποίησης κεφαλής

- Να προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους σανίδας ακινητοποίησης αλλά να έχει και την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και ως ανεξάρτητο σύστημα
- Να είναι κατασκευασμένο από υλικό ακτινοδιαπερατό
- Να μην απορροφά υγρά και να καθαρίζεται εύκολα
- Να διαθέτει ανοίγματα για τ' αυτιά στο πλάι
- Να αποτελείται από: μία βάση, δύο ρυθμιζόμενα πλαϊνά σώματα στήριξης κεφαλής, δύο ιμάντες ακινητοποίησης κεφαλής πολλαπλών χρήσεων που δένουν με VELCRO

- Να φέρει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

14η Ομάδα

Είδος 1 και 2: Ζώνη φορείου

- Να είναι κατασκευασμένη από σκληρό πλαστικό υλικό (νάιλον)
- Το κούμπωμά της να είναι αεροπορικού τύπου, με μεταλλικό μηχανισμό ασφαλείας και κουμπί για γρήγορη απασφάλιση
- Να είναι αδιάβροχη
- Να πλένεται
- Να έχει διαστάσεις:
- πλάτος 5 cm τουλάχιστον
- μήκος μονής ζώνης: 1,80 cm τουλάχιστον
- μήκος διπλής ζώνης 1,50 cm τουλάχιστον
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485:2016
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

Είδος 3: Τουρνικέ (ισχαιμοπερίδεση)

- Να είναι μικρού μεγέθους και βάρους και κατασκευασμένο από υλικό latex free και η εφαρμογή του να είναι εύκολη και γρήγορη (να αναφερθεί ο σχετικός χρόνος εφαρμογής με τον οποίο επιτυγχάνεται η πλήρης διακοπή ροής του αρτηριακού αίματος)
- Η κατασκευή του να εξασφαλίζει την πρακτικότητα της χρήσης του και εφαρμόζεται σε άνω και κάτω άκρα με σκοπό την πλήρη διακοπή ροής του αρτηριακού αίματος, εφαρμόζοντας σύσφιξη
- Η επιφάνεια εφαρμογής του, να έχει πλάτος κατάλληλο ώστε να μην τραυματίζονται οι ιστοί στην περιοχή του σώματος που εφαρμόζεται
- Να διαθέτει μηχανισμό ασφάλισης της περιδέσης ο οποίος να επιτρέπει να ασκηθεί η επιθυμητή πίεση
- Μέσω του μηχανισμού να επιτρέπεται ταχεία αποδέσμευση και επανεφαρμογή όταν απαιτείται στον ασθενή (να αναφερθεί ο σχετικός χρόνος)
- Να φέρει επιφάνεια με κατάλληλη ένδειξη όπου να αναγράφεται η ώρα εφαρμογής
- Να φέρει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και ISO 13485.
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

Είδος 4: Ιμάντας χταπόδι

- Να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ιμάντων που επιτρέπει την πλήρη ακινητοποίηση των ενηλίκων ή παιδιών - ασθενών επάνω σε σανίδα ακινητοποίησης και σε φορείο πολυτραυματία οποιουδήποτε κατασκευαστή.
- Να είναι κατασκευασμένος από ισχυρή αλλά μαλακή και υπο-αλλεργική ταινία (από πολυπροπυλένιο, κλπ.) πλάτους 50 mm, με συνεχή, ομοιόμορφη και ασφαλή ραφή.

- Οι ιμάντες να είναι χρωματικά κωδικοποιημένοι για την εύκολη αναγνώριση και τη σωστή εφαρμογή τους, ενώ η ασφάλισή τους να γίνεται με Velcro.
- Οι πλευρικοί ιμάντες να είναι σταθεροί επάνω στην κεντρική ζώνη, η οποία να ρυθμίζεται κατά μήκος με ειδική πόρπη έτσι ώστε να προσαρμόζεται με ακρίβεια σε ασθενείς με διαφορετικό σωματότυπο, διασφαλίζοντας την ακινητοποίηση του ασθενούς.
- Να έχει τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:
 - Να διαθέτει ραφές ασφαλείας με συνεχή και ομοιόμορφα γαζιά
 - Ρυθμιζόμενη κεντρική ζώνη για εύκολη προσαρμογή σε κάθε σωματότυπο
 - Ακτινοδιαπερατή κατασκευή κατάλληλη για X-Rays & CT
 - Βάρος: όχι μεγαλύτερο από 1 Kg
- Να διαθέτει πιστοποίηση τύπου CE mark.
- Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας με διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) έτη.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.ekab.gr.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-9 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΛΩΤΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)**

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :									
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:									
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:									
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :									
Τόπος Γέννησης:									
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Εις βάρος μου δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους (Άρθρο 73, παρ. 1):

α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

β) Ενεργητική δωροδοκία,

γ) Απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης,

δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,

ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,

στ) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,

2. α) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου (Άρθρο 73, παρ. 2, ν. 4412/2016):

β) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου (Άρθρο 73, παρ. 2, ν. 4412/2016). 3. Είμαι σε θέση εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει η δήλωση μου.

4. Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και αναλαμβάνω ρητώς την δέσμευση να εκτελέσω την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της.

5. Τα στοιχεία που αναφέρονται και συνυποβάλλονται με την προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

6. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του ΕΚΑΒ για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.

Ημερομηνία: ... / ... / 20...

Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.