

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια μηχανήματος οζονοθεραπείας για τις ανάγκες της Μονάδας Αποκατάστασης και Αποθεραπείας της Πολυκλινικής Ολυμπιακού Χωριού.

ΣΧΕΤΙΚΑ :

- α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας.
β. Την αριθμ. πρωτ. 7063/08-09-26 εισήγηση του Διευθυντή Μονάδας Αποκατάστασης Αποθεραπείας και Ημερήσιας Νοσηλείας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
γ. Την αριθμ. πρωτ. 7611/24-09-26 Απόφαση του Δ.Σ. αναρτημένη στην διαύγεια.

Προϋπολογισμός : 13.020 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γεωργίου Δαμάσκου 1, Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, τ.κ. 13677,) ή στο mail: kbaliousi@aemy.gr	02/10/2026	Παρασκευή	12:00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Να είναι ενσωματωμένη σε θήκη τύπου βαλίτσας για την ασφαλή και εύκολη μεταφορά της συσκευής. Η θήκη-βαλίτσα να είναι ανθεκτική σε νερό σκόνη και μηχανικές καταπονήσεις. Να έχει διαστάσεις περίπου 51*41*21 και να μη ξεπερνά τα 10 κιλά.
- Να διαθέτει βαλβίδα αυτόματης ρύθμισης πίεσης και διπλό σύστημα εσωτερικών καταλυτών για να εξασφαλίζεται η πλήρης απομόνωση μεταξύ γεννήτριας και ασθενούς. Επίσης να διαθέτει σύστημα ασφαλούς κλεισίματος τύπου power claw.
- Να διαθέτει μηχανισμό καταστροφής όζοντος, ο οποίος να εξουδετερώνει πλήρως το όζον που δε χρησιμοποιείται να αποτρέπει τη διασπορά του προστατεύοντας το ιατρικό προσωπικό και επιτρέποντας της χρήση της θεραπείας χωρίς ανάγκη εξωτερικών συστημάτων απαγωγής.
- Σύστημα παραγωγής και μέτρησης όζοντος προκειμένου για την ακρίβεια και επαναληψιμότητα της δόσης.
- Να χρησιμοποιεί τεχνολογία διηλεκτρικής εκκένωσης με μετασχηματιστή υψηλής τάσης ειδικά σχεδιασμένο για σταθερή παραγωγή ιατρικού όζοντος. Να διαθέτει διπλό σύστημα μέτρησης συγκέντρωσης ένα άμεσο φωτομετρικό σύστημα με LED και ένα έμμεσο υψηλής ακρίβειας ACM.
- Εύρος συγκέντρωσης O₃ 1-80μg/Nml.
- Ροή O₃ 10-50l/h.
- Μέγιστη απόδοση 3.0g/h.
- Μέγιστη πίεση εξόδου O₃ 0.7bar.
- Πίεση εισόδου O₂ 1,5-4,5 bar.
- Ενσωματωμένη αντλία κενού έως -800mbar.
- Υποδοχές Luer-Lock.
- Οθόνη LCD και πληκτρολόγιο αφής.
- Με τάση 100-230V, 50/60 Hz μονοφασικό και κατανάλωση 180VA.
- Να είναι κατάλληλη για εφαρμογές υπερβαρικής και νορμοβαρικής οζονοθεραπείας.

- Να συμμορφώνεται με τα όρια επαγγελματικής έκθεσης στο όζον με ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον και πλήρη συμβατότητα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ιατρικών συσκευών.
- Να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα για την άρτια λειτουργία της.
- Να συνοδεύεται από πιστοποίηση και εγγύηση για τουλάχιστο 2 έτη.
- Η εταιρεία να προσφέρει εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

- Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.
- Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο email: **kbaliousi@aemy.gr** έως **02-10-2026** ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.
- Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού του ΚΑΕ **14.09.98.19** του προϋπολογισμού έτους χρήσης 2026 της ΑΕΜΥ Α.Ε. και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή του.
- Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
- Η υποβολή οικονομικής προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόσκλησης
- Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .
- Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
- Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται στην έκδοση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 52445 ΕΞ 2023 ΚΥΑ «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» ΦΕΚ 2385/τ. Β'/12.04.2023.
- Για την ηλεκτρονική τιμολόγηση: Κωδικός ΑΑΗΤ : 1015.E00801.0001
- Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Μαρία Θεοδοροπούλου

Διευθύνουσα Σύμβουλος ΑΕΜΥ Α.Ε.