ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΦΜ: 999426853
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:
1015.E00226.0001

Μοναδικός Κωδικός – ΑΔΑΜ: 26REQ020064218
Μοναδικός Κωδικός – ΑΔΑΜ: 26REQ020067665

Ιωάννινα	***27-10-2026***
Αριθ. Πρωτ.	***28215 (11780)***

Τμήμα	:	Προμηθειών		
Ταχ. Δ/νση	:	Λ. Στ. Νιάρχου		
	:	45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ	**ΠΡΟΣ:**	***ABBOTT MEDICAL ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ***
Τηλέφωνο	:	2651099856		
email	:	egeorgiou@uhi.gr		
Πληροφορίες	:	Ε.ΓΕΩΡΓΙΟΥ	**Κοιν. :**	

ΘΕΜΑ :	Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε διαδικασία απ' ευθείας ανάθεσης με συλλογή κλειστών προσφορών για την προμήθεια Αναλώσιμων Υγειονομικών υλικών για τις ανάγκες του Αιμοδυναμικού εργαστηρίου του Νοσοκομείου.

ΣΧΕΤ.:	**α.** Ν.2955/2001
	β. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016
	γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ
	δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
	ε. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
	στ. Ν. 4605/2019 άρθρα 43,44,45
	ζ. Ν.4782/2021
	η.Ν.5218/2025
	θ.Ν.4865/2025
	ι. Το με Α/Α 5633/29-09-2026 αίτημα του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου ,παρακαλούμε να καταθέσετε **έως της 29-10-2026, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 π.μ**. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Η αξιολόγηση θα γίνει για το σύνολο των ζητούμενων ειδών.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί **με ποινή απόρριψης**, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8

του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα ,ότι έχει παραδοτέα την ζητούμενη ποσότητα και ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου για τις μηνιαίες παραγγελίας ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τη διαχείριση υγειονομικού υλικού στις οριζόμενες ημερομηνίες.

5. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ενός (1) μήνα από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

6. Η διάρκεια ισχύος

7. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

8. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007,4013/2011,4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.

9. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

Υποχρεωτικά

-Σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

-Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο δείγμα & επίσημο PROSPECTUS για αξιολόγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δείγματα & επίσημο PROSPECTUS δεν θα αξιολογούνται.

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης : 10.106,73€

Πηγή χρηματοδότησης : Τακτικός Προϋπολογισμός

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤΗΚΕ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ		ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥ

Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών

ΤΜΗΜΑ	5377 ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ / ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ				
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2026 8884	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2026 5633	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.					
Παρατ.Αίτ.Προμ.					
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ		ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ			
		ΑΔΑ			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	09 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΧΡΕΩΣΙΜΑ				

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ
50007301 0950007301000001	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 4ΠΟΛΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΛΗΡΑ	ΤΕΜ	40,00	102,0000
	37D0RR-37D5RR ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 4ΠΟΛΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΛΗΡΑ ΤΥΠΟΥ JOSEPHSON CURNANEE6QJ005-EE6QC005743667426674356742 56	13,00	32302030000001	4.610,43
50010701 0950010701000001	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΥΨΙΣΥΧΝΟ ΡΕΥΜΑ RF ΜΕ ΑΚΡΟ 4ΜΜ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ ΗΜΙΣΚΛΗΡΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΣΤΟΡΑ	ΤΕΜ	2,00	965,0000
	351167-21000XX ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13,00	32302030000001	2.180,90
50007401 0950007401000001	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 10ΠΟΛΙΚΟΙ ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ	ΤΕΜ	5,00	414,0000
	28427 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 10ΠΟΛΙΚΟΙ ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ36D35R	13,00	32302030000001	2.339,10
50008101 0950008101000001	ΘΗΚΑΡΙ TRANSEPTAL ΓΙΑ ΔΙΑΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ	ΤΕΜ	6,00	0,0100
	8FR ΘΗΚΑΡΙ TRANSEPTAL ΓΙΑ ΔΙΑΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ 8FR	24,00	32302030000001	0,07
50009602 0950009602000001	ΒΕΛΟΝΕΣ TRANSEPTAL BRK	ΤΕΜ	6,00	0,0100
	BRK ΒΕΛΟΝΕΣ TRANSEPTAL BRK	24,00	32302030000001	0,07
50010707 0950010707000001	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 8FR 16ΠΟΛΙΚΟΙ-ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ	ΤΕΜ	1,00	2.300,0000
	SENSOR ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 8FR 16ΠΟΛΙΚΟΙ-ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ	13,00	32302030000001	2.599,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 11.729,57

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ :50007301

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4ΠΟΛΙΚΑ

Τετραπολικά ηλεκτρόδια Η/Φ , το σώμα του καθετήρα να είναι από πολυουρεθάνη και να είναι πλεγμένο από ανοξείδωτο ατσάλι , το άκρο του καθετήρα να είναι ατραυματικό – μη πλεγμένο.
Το μήκος του καθετήρα να είναι 120CM και οι πόλοι να είναι από Platinum-Iridium με μήκος πόλου (band electrodes) 2mm με διάμετρο καθετήρα 5fr ή 6fr ή 7fr και αποστάσεις πόλων 2 -5-2 mmκαι 5mmκαι 1 cm και συνδυασμός τους .
Να διαθέτει ενεργό άκρο (επαφή στο άκρο - band electrodes) και να υπάρχει η δυνατότητα του καθετήρα να παραμένει σταθερή η καμπύλη του καθ όλη την διάρκεια της αποστείρωσης του στην συσκευασία του αλλά και σε θερμοκρασία σώματος.
Να διαθέτουν καμπές τύπου JOSEPHSONCOURNAND, DAMATO.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ :50007401

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 10ΠΟΛΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ.

Δεκαπολικά ηλεκτρόδια Η/Φ μεταβαλλόμενης καμπύλης , το σώμα του καθετήρα να είναι κατασκευασμένο από pebax.
Το μήκος του καθετήρα να είναι 110CM και οι πόλοι να είναι από 90% Platinum-10% Iridium με μήκος πόλου (bandelectrodes) 2mm με διάμετρο καθετήρα 6fr και αποστάσεις πόλων 2 -5-2 mm, 2mmκαι 5mm .
Να διαθέτει ενεργό άκρο (επαφή στο άκρο - bandelectrodes 2mm)και μεταβλητή απόσταση ηλεκτροδίων για βηματοδότηση και καταγραφή .
Η μεταβολή της καμπυλότητας του καθετήρα πρέπει να γίνεται με γραμμική κίνηση τύπου Push / pull και να διαθέτη καμπύλες μεταβολής :

1) Μήκος άκρου καμπύλης 63mm με καμπύλη μήκους 32MM (medium)
2) Μήκος άκρου καμπύλης 86mm με καμπύλη μήκους 43MM (Large)
3) Μήκος άκρου καμπύλης 100 mm με καμπύλη μήκους 50MM (X – Large).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ :50010701

Τετραπολικός καθετήρας κατάλυσης με υψίσυχνο ρεύμα (ABLATION τύπου Thermocouple,) με άκρο 4 mm και σώμα καθετήρα από PEBAX

Το μήκος του καθετήρα να είναι 110CM και οι πόλοι να είναι από Platinum-Iridium με μήκος πόλου (band electrodes) 2mm με διάμετρο καθετήρα 7fr και αποστάσεις πόλων 2 – 5 – 2 mm ή και συνδυασμός τους .

Να υπάρχει η δυνατότητα του καθετήρα να παραμένει σταθερή η καμπύλη του καθ όλη την διάρκεια της αποστείρωσης του στην συσκευασία του αλλά και σε θερμοκρασία σώματος.

Η μεταβολή της καμπυλότητας να γίνεται με σύστημα τύπου Push/pull για μεγαλύτερη σταθερότητα του καθετήρα και να διαθέτουν καμπές τύπου Small 1,6cm , Medium 2,2 cm , Large 2,85 cm , X-Large 3,5 cm και Extended Reach 4,0 cm