



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16

Ταχ. Κώδικας: 115 21

Πληροφορίες: Β.ΣΕΡΑΪΔΑΡΗ

Τηλέφωνο: 210 6479188

E-mail: support.gcsf@aae.gr

Προς: Πίνακα αποδεκτών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια θερμοστατικών λουτρών για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης		
Αναθέτουσα Αρχή:	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21 Αθήνα, ΤΗΛ. 210 64 79 000	
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	997073525	
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση	1024.8010000000.0005	
ΑΛΕ	3120105 «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ»	
CPV :	42943000-8 «ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ»	
Κριτήριο Ανάθεσης:	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής	
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:	ΣΥΝΟΛΟ: 29.574,00 € (23.850,00€ πλέον ΦΠΑ 5.724,00€) Έγκριση δαπάνης: ΔΣΥΠΕ Γ 456902 ΕΞ 2026 (ΑΔΑΜ: 26REQ019739977, ΑΔΑ:6ΣΦΓ46ΜΠ3Ζ-ΩΑΚ) ΕΑΔ: 2026/180	
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:	21/09/2026	
Διάρκεια ισχύος προσφορών:	180 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών.	

1. Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός

Το Γενικό Χημείο του Κράτους προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια θερμοστατικών λουτρών για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, όπως περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα:

A/A	ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (€)
1	ΧΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 3L ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	3	2.550,00	3.162,00
	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Β				
	ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ				
2	ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5L ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	4	3.800,00	4.712,00
	ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ Α				
	ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΥΡΟΥ				
	Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ				
3	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 12L- 15L ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	2	3.000,00	3.720,00
	Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ				
4	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 17L- 20L ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	2	3.200,00	3.968,00
	Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α				
5	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	2	8.600,00	10.664,00
	ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ				
6	ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΥΡΟΥ	ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ 17-22L	2	2.200,00	2.728,00
	ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ Α				
7	ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ	ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ	1	500,00	620,00
ΣΥΝΟΛΟ				23.850,00 €	29.574,00 €

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννιά χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (29.574,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) (23.850,00€ πλέον ΦΠΑ 5.724,00€) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2026 (ΑΛΕ 3120105).

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις των ειδών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α'.

Η προσφορά μπορεί να υποβάλλεται για ένα ή για περισσότερα ή για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ποσότητας του είδους που προσφέρουν.

2. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι οικονομικοί φορείς στους οποίους απευθύνεται η παρούσα Πρόσκληση που νόμιμα ασχολούνται με την προμήθεια αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης ειδών, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α'.

Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά (περ. α παρ. 3 του 120 του ν. 4412/2016).

3. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς, καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση support.gcsI@aade.gr. Το θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος θα είναι:

ΠΡΟΣΦΟΡΑΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΧΚ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την Δευτέρα 21/09/2026.

Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται με αποδεικτικό αποστολής/παραλαβής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραληφθεί ηλεκτρονικά πριν ή και κατά την καταληκτική ημερομηνία.

3.1 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

α) Συμπληρωμένο από τον συμμετέχοντα τα ΕΝΤΥΠΑΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σχετ. Παραρτήματα Β & Γ της παρούσας), υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

β) Αναφορικά με τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του α. 73 του ν. 4412/2016 οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν, είτε:

I. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του στην αναθέτουσα αρχή, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιον από τους λόγους της παρ.1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

, είτε εναλλακτικά:

II. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται η μη συνδρομή των ανωτέρω λόγων αποκλεισμού (βλ.σχετ. υπόδειγμα στο Παράρτημα Δ της παρούσας).

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

γ) Αναφορικά με τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού της παρ. 2 του α. 73 του ν. 4412/2016 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

i.Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο που είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του.

ii.Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση) που είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του.

δ) Αποδεικτικά νόμιμης εκπροσώπησης και σύστασης, τα οποία απαιτούνται στην περίπτωση νομικών προσώπων.

i. για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται κατά την κείμενη νομοθεσία να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό **πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης**, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii. για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου **γενικό πιστοποιητικό μεταβολών** του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις, ο οικονομικός φορέας προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

ε)Αναφορικά με την υποχρέωση της στοιχειοθέτησης περί μη ύπαρξης ποινικής ευθύνης του προσωρινού αναδόχου (νομικού προσώπου/ οντότητας) κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/2024 προσκομίζεται:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο προσωρινός ανάδοχος (νόμιμος εκπρόσωπος) θα δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/2024.(σχετ. υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσας).

Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη δήλωση (σχετ. υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσας). συντάσσεται μετά την κοινοποίηση της παρούσας, υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, όπως προκύπτει από το ισχύον

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσία τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διευκρινήσεων.

4. Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για **εκατόν ογδόντα (180) μέρες** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

5. Τιμές

Στις τιμές χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται:

- Η αξία των προσφερόμενων ειδών σε ευρώ και το κόστος παράδοσής τους.
- Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη, καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.

Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

6. Ειδικοί όροι

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

7. Αξιολόγηση προσφορών- ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Ο ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Γ.Χ.Κ. εφόσον η αξία της προμήθειας του Τμήματος που του ανατίθεται ξεπερνά τις 2.500,00 € (προ Φ.Π.Α.).

Εάν απαιτηθεί υπογραφή σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 72, ν. 4412/2016). Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή Σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον δύο μήνες από τον συμβατικό χρόνο.

8. Παράδοση – παραλαβή

Η υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει εντός τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των σχετικών συμβάσεων στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ ή της κοινοποίησης της Απόφασης Ανάθεσης στον Ανάδοχο στην περίπτωση που δεν υπογράφεται Σύμβαση. Η υλοποίηση περιλαμβάνει την παράδοση των ειδών κατόπιν συνεννόησης με τις Χημικές Υπηρεσίες για τις οποίες προορίζονται, όπως προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης στον χώρο των εγκαταστάσεων για τις οποίες προορίζεται και συγκεκριμένα στις παρακάτω διευθύνσεις:

Χημική Υπηρεσία/Τόπος παράδοσης	Διεύθυνση	Υπεύθυνος επικοινωνίας	Τηλέφωνο	E-mail
A' XY Αθηνών (NUTS:EL303)	Αν. Τσόχα 16, Τ.Κ. 11521, Αμπελόκηποι	Ι.Γαρδίκης	2106479337	a_athens.gcs@aade.gr
B' XY Αθηνών (NUTS:EL303)	Αν. Τσόχα 16, Τ.Κ. 11521, Αμπελόκηποι	Ε. Λαμπή	2106479261	b_athens.gcs@aade.gr
Χ.Υ. Πειραιά (NUTS:EL307)	Ακτή Κονδύλη 32, Τ.Κ. 18510, Πειραιάς	Κ. Παπαδοπούλου	213 2118121	piraeus.gcs@aade.gr
Χ.Υ. Αιγαίου- Τμήμα Χ.Υ. Μυτιλήνης (NUTS:EL411)	Πλατεία Τελωνείου, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη	Α. Γαβριήλ	22510 28615 22513 54500	mytilene.gcs@aade.gr
Χ.Υ. Αιγαίου- Αυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Σάμου (NUTS:EL412)	Παύλου Κουντουριώτη (δίπλα στο Τελωνείο), Τ.Κ. 83100, Σάμος	Φ. Σαμίου	27530 27590 22733 53800	samos.gcs@aade.gr
Χ.Υ. Αιγαίου - Αυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Χίου (NUTS:EL413)	Ασωμάτων 10, Τ.Κ. 82100, Χίος	Α. Κάργα	22710 44218	chios.gcs@aade.gr
Χ.Υ. Αιγαίου- (Ρόδος) (NUTS:EL421)	Πλ. Γαβριήλ Χαρίτου 17, Τ.Κ. 85100, Ρόδος	Β. Μάτσης	22410 77933 22413 63900	rhodes.gcs@aade.gr
Χ.Υ. Αιγαίου- Αυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Σύρου (NUTS:EL422)	Λιμάνι Ερμούπολης, Τ.Κ. 84100, Σύρος	Φ. Μήλιου	2281082218	syros.gcs@aade.gr
Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας – Θεσσαλονίκη (NUTS:EL522)	Ν. Βότση 1, Τ.Κ. 54625, Θεσσαλονίκη	Π. Ταραντίλη	2313 336661 2313336657 2313 336637 2313336628	cenmac.gcs@aade.gr
Χ.Υ. Λιβαδειάς, (Λιβαδειά) (NUTS:EL641)	Φιλολάου 2, Τ.Κ. 32100, Λιβαδειά	Γ.Ηλιοπούλου	2261022651 22613 52500 (0-3)	livadeia.gcs@aade.gr
Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου - Τμ. Χ.Υ. Καλαμάτας (NUTS: EL653)	Πάρκο Λιμενικού, Τ.Κ. 24131, Καλαμάτα	Δ.Πανταζής	27210803472 721366100	kalamata.gcs@aade.gr

Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο-πρακτικό παραλαβής (ΕΝΤΥΠΟ ENT 02 00 8.01 18) για το είδος που παρέλαβε **εντός δεκαπέντε (15) ημερών** από την παράδοσή τους, με βάση τον ποσοτικό και ποιοτικό τους έλεγχο. Θα εκδίδεται δελτίο αποστολής του αναδόχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός Σύμβασης, ο ΑΛΕ3120105 και ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης Ανάθεσης.

Η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει το πρωτόκολλο παραλαβής (εις διπλούν) στη Δ/νση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων και το κοινοποιεί στον προμηθευτή, ο οποίος προβαίνει στην έκδοση του σχετικού παραστατικού, με βάση το οποίο θα γίνει η πληρωμή.

Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να εκδώσουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται στα στοιχεία:

- ΑΑΔΕ – ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, Δ/νση Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21, Αθήνα
- Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997073525
- Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης ΑΑΗΤ:1024.8010000000.0005.

Στο τιμολόγιο θα πρέπει να δίνεται η περιγραφή των ειδών και να αναγράφονται:

- ο αριθμός ΑΔΑ της Έγκρισης Δαπάνης (6ΣΦΓ46ΜΠ3Ζ-ΩΑΚ)
- ο κωδικός CPV: 42943000-8 «ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ»
- ο αριθμός ΑΔΑΜ της Σύμβασης ή της Απόφασης Ανάθεσης (σε περίπτωση που δεν υπογραφεί σύμβαση)

Επίσης, είτε στο τιμολόγιο είτε σε συνοδευτικό έγγραφο του τιμολογίου θα πρέπει να αντιστοιχείται το είδος ή η υπηρεσία με τον α/α, όπως αυτός αναγράφεται στον πίνακα του Παραρτήματος Α ή/και στη σύμβαση.

Η παραλαβή της προμήθειας καθώς και τυχόν παράταση/μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016

9. Πληρωμή

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί με την παραλαβή από την Υπηρεσία των τιμολογίων και των σχετικών Πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του είδους, εντός 60 ημερών, με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Α.Α., οικονομικού έτους 2026, ΑΛΕ3120105.

Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α που βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Υπέρ τρίτων κρατήσεις:

- Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
- Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%. (άρθρο 64 του ν.4172/2013)

Εάν μετά την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
2. Έγγραφο της τράπεζας στην οποία ο ανάδοχος επιθυμεί να γίνεται η πληρωμή και στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός IBAN.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

**Με εντολή Διοικητή
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ.Χ.Κ.**

ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΗ

Συνημμένα:

1. Παράρτημα Α': ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2. Παράρτημα Β': ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3. Παράρτημα Γ': ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4. Παράρτημα Δ': ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Πίνακας αποδεκτών

1. ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣΙ.Κ.Ε.(ACTIVELAB) (info@activelab.gr)
2. METROLAB Π.ΚΑΠΕΤΗΣΑ.Ε. (info@metrolab.gr)
- 3.ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΡΙΣΤ. ΜΟΥΛΑΣ (info@moulascientific.com)
4. Δ.ΚΑΡΑΛΗΣΚΑΙΣΙΑΕ.Ε. (info@kappalab.gr)
5. TECHLINES.A. (contact@techlinesa.com)
6. MAIN SOLUTIONSEΠΕ(sales@mainsolutions.eu)
7. Ν.ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣΑ.Ε. (info@asteriadis.gr)
8. ALFA ANALYTICAL INSTRUMENTS EPE (info@instruments.gr)
9. RIGASLABSA.E.B.E. (sales@rigaslabs.gr)

Κοινοποίηση:

1. Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 6/23

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Εκδοση 5/
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης :16/04/2026

2. Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ
3. Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ
4. Χ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ&ΙΟΝΙΟΥ - ΤΜ. Χ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
5. Χ.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (ΛΙΒΑΔΕΙΑ)
6. Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
7. Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ- ΑΥΤ. ΓΡ. Χ.Υ. ΣΥΡΟΥ
8. Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ- ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Χ.Υ. ΣΑΜΟΥ
9. Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ- (ΡΟΔΟΣ)
10. Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
11. Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Χ.Υ. ΧΙΟΥ

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους
2. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

της Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια θερμοστατικών λουτρών για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης.

ΕΙΔΟΣ 1**ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 3L ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ**

3 τεμάχια

Συνολικός προϋπολογισμός: 2.550,00 πλέον ΦΠΑ

- ΧΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
- ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Β
- ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ

Να προσφερθεί Λουτρό υπερήχων, με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Να είναι ικανό για τον αποτελεσματικό καθαρισμό αντικειμένων.
2. Η δεξαμενή να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και να έχει όγκο 2,5L με 3 L.
3. Να διαθέτει πιεζοηλεκτρικό μετατροπέα και η παραγόμενη ενέργεια υπερήχων να έχει συχνότητα περίπου μεταξύ 35kHz και 40 kHz.
4. Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη.
5. Να διαθέτει ρύθμιση χρόνου λειτουργίας έως τουλάχιστον 90 λεπτά.
6. Να διαθέτει λειτουργία θέρμανσης από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως τουλάχιστον 70°C με ισχύ θερμαντικού στοιχείου τουλάχιστον 100 W.
7. Να συνοδεύεται από ανοξείδωτο συρμάτινο καλάθι για την τοποθέτηση δειγμάτων
8. Να συνοδεύεται από το αντίστοιχο καπάκι.

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Το προσφερόμενο όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.
2. Το προσφερόμενο όργανο να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές.
3. Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE.
4. Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει τεχνική υποστήριξη (service).
5. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος.

ΕΙΔΟΣ 2**ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5L ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ**

4 τεμάχια

Συνολικός προϋπολογισμός: 3.800,00 πλέον ΦΠΑ

Προορίζεται για τις:

- ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
- ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ Α
- ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΥΡΟΥ
- Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ

Να προσφερθεί λουτρό υπερήχων κατάλληλο για τοποθέτηση σε εργαστηριακό πάγκο, με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Να είναι ικανό για τον αποτελεσματικό καθαρισμό αντικειμένων.
2. Η δεξαμενή να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρητικότητας τουλάχιστον 5L.
3. Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη.
4. Να διαθέτει ρύθμιση χρόνου λειτουργίας με εύρος τουλάχιστον έως 90 λεπτά.
5. Να διαθέτει πιεζοηλεκτρικό μετατροπέα και η παραγόμενη ενέργεια υπερήχων να έχει συχνότητα περίπου μεταξύ 30kHz και 40 kHz.
6. Να διαθέτει εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας περίπου + 5 °C πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 60 °C ή ευρύτερο με ισχύ θερμαντικού στοιχείου τουλάχιστον 75 W.
7. Να συνοδεύεται από ανοξείδωτο συρμάτινο καλάθι για την τοποθέτηση δειγμάτων.
8. Να συνοδεύεται από το αντίστοιχο καπάκι.
9. Να έχει έξοδο αποστράγγισης.

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 8/23

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 5/
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης : 16/04/2025

B. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Το προσφερόμενο όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.
2. Το προσφερόμενο όργανο να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές.
3. Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE.
4. Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει τεχνική υποστήριξη (service).
5. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος.

ΕΙΔΟΣ 3**ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 12L-15L ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ****2 τεμάχια****Συνολικός προϋπολογισμός: 3.000,00 πλέον ΦΠΑ****Προορίζεται για τις:**

- ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ

Να προσφερθεί λουτρό υπερήχων κατάλληλο για τοποθέτηση σε εργαστηριακό πάγκο, με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Να είναι ικανό για τον αποτελεσματικό καθαρισμό αντικειμένων.
2. Η δεξαμενή να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρητικότητας περίπου 12L με 15L.
3. Να διαθέτει έλεγχο των λειτουργιών μέσω μικροϋπολογιστή.
4. Να διαθέτει οπτικές ενδείξεις λειτουργίας.
5. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο λειτουργίες υπερήχων (π.χ. εντατική και ήπια λειτουργία) για προσαρμογή της έντασης καθαρισμού.
6. Να διαθέτει ρύθμιση χρόνου λειτουργίας και δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας.
7. Να παρέχει οπτικοακουστική ειδοποίηση στο πέρας του κύκλου καθαρισμού.
8. Να διαθέτει πιεζοηλεκτρικό μετατροπέα και η παραγόμενη ενέργεια υπερήχων να έχει συχνότητα περίπου μεταξύ 35kHz και 40 kHz.
9. Να διαθέτει εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας από +30 έως +80 °C ή ευρύτερο.
10. Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας ρυθμιζόμενος σε βήματα των 5 °C ή μικρότερο.
11. Να διαθέτει ισχύ θέρμανσης περίπου 800W.
12. Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης και ασφαλούς απενεργοποίησης σε περίπτωση σφάλματος ή μετά από παρατεταμένο χρόνο συνεχούς λειτουργίας, σύμφωνα με τον χρόνο που ορίζεται από τον κατασκευαστή.
13. Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας με αυτόματη διακοπή των υπερήχων σε συνθήκες υπερθέρμανσης.
14. Να συνοδεύεται από:
 - για την ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ :ανοξείδωτο καλάθι για την τοποθέτηση δειγμάτων, κατάλληλο για δοκιμαστικούς σωλήνες, με δυνατότητα τοποθέτησης περίπου 20 σωλήνων.
 - για την Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ:ανοξείδωτο συρμάτινο καλάθι για την τοποθέτηση δειγμάτων.
15. Να συνοδεύεται από το αντίστοιχο καπάκι.
16. Να έχει έξοδο αποστράγγισης.

B. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Το προσφερόμενο όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.
2. Το προσφερόμενο όργανο να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές.
3. Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE.
4. Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει τεχνική υποστήριξη (service).
5. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη.

ΕΙΔΟΣ 4**ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 17L-20L ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ****2 τεμάχια**

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 9/23

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 5/
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης : 16/04/2025

Συνολικός προϋπολογισμός: 3.200,00 πλέον ΦΠΑ

Προορίζεται για τις:

- **ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**
- **Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α**

Να προσφερθεί λουτρό υπερήχων κατάλληλο για τοποθέτηση σε εργαστηριακό πάγκο, με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Να είναι ικανό για τον αποτελεσματικό καθαρισμό αντικειμένων.
2. Η δεξαμενή να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρητικότητας περίπου 17L με 20L.
3. Να διαθέτει έλεγχο των λειτουργιών μέσω μικροϋπολογιστή.
4. Να διαθέτει οπτικές ενδείξεις λειτουργίας.
5. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο λειτουργίες υπερήχων (π.χ. εντατική και ήπια λειτουργία) για προσαρμογή της έντασης καθαρισμού.
6. Να διαθέτει ρύθμιση χρόνου λειτουργίας και δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας.
7. Να παρέχει οπτικοακουστική ειδοποίηση στο πέρας του κύκλου καθαρισμού.
8. Να διαθέτει πιεζοηλεκτρικό μετατροπέα και η παραγόμενη ενέργεια υπερήχων να έχει συχνότητα περίπου μεταξύ 35kHz και 40 kHz.
9. Να διαθέτει εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας από +30 έως +80 °C ή ευρύτερο.
10. Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας ρυθμιζόμενος σε βήματα των 5 °C ή μικρότερο.
11. Να διαθέτει ισχύ θέρμανσης περίπου 800W.
12. Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης και ασφαλούς απενεργοποίησης σε περίπτωση σφάλματος ή μετά από παρατεταμένο χρόνο συνεχούς λειτουργίας, σύμφωνα με τον χρόνο που ορίζεται από τον κατασκευαστή.
13. Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας με αυτόματη διακοπή των υπερήχων σε συνθήκες υπερθέρμανσης.
14. Να συνοδεύεται από ανοξείδωτο συρμάτινο καλάθι για την τοποθέτηση δειγμάτων.
15. Να συνοδεύεται από το αντίστοιχο καπάκι.
16. Να έχει έξοδο αποστράγγισης.

B. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Το προσφερόμενο όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.
2. Το προσφερόμενο όργανο να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές.
3. Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE.
4. Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει τεχνική υποστήριξη (service).
5. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη.

ΕΙΔΟΣ 5

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

2 τεμάχιο

Συνολικός προϋπολογισμός: 8.600,00 πλέον ΦΠΑ

Προορίζεται για τις:

- **ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β**
- **ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

Να προσφερθεί θερμοστατικό λουτρό ψύξης και θέρμανσης με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Να είναι κατάλληλο για ψύξη και θέρμανση με εσωτερική κυκλοφορία και δυνατότητα εξωτερικής κυκλοφορίας.
2. Να διαθέτει διαστάσεις μπάνιου περίπου 350x203/160 (WxL/H).
3. Να έχει μέγιστο όγκο περίπου 14L.
4. Να έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -25 °C ως 100 °C ή ευρύτερο.
5. Να έχει σταθερότητα θερμοκρασίας 0,05 °C ή μικρότερη.
6. Να διαθέτει ενσωματωμένη αντλία κυκλοφορίας του υγρού, με μέγιστη παροχή περίπου 15 L/min και δυνατότητα μείωσης ροής.
7. Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη για ρύθμιση και ένδειξη της πραγματικής ή της ρυθμισμένης θερμοκρασίας.
8. Το μπάνιο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι.
9. Το σύστημα να είναι αερόψυκτου τύπου, χωρίς απαίτηση εξωτερικής παροχής νερού ψύξης.
10. Να χρησιμοποιεί αποδεκτό ψυκτικό μέσο, σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία.
11. Να διαθέτει διατάξεις ασφαλείας για χαμηλή στάθμη υγρού και υπερθέρμανση.

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 10/23

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 5/
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης : 16/04/2025

12. Να διαθέτει οπτικοακουστικό σύστημα ειδοποιήσεων για ένδειξη σφαλμάτων ή μη φυσιολογικών συνθηκών λειτουργίας.

B. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Το προσφερόμενο όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.
2. Το προσφερόμενο όργανο να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές.
3. Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE.
4. Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει τεχνική υποστήριξη (service).
5. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη.

ΕΙΔΟΣ 6

ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ 17-22L

2 τεμάχια

Συνολικός προϋπολογισμός: 2.200,00 πλέον ΦΠΑ

Προορίζεται για τις:

- ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΥΡΟΥ
- ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ Α

Να προσφερθεί εργαστηριακό επιτραπέζιο υδατόλουτρο, με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Η δεξαμενή να έχει χωρητικότητα περίπου 17-22L.
2. Η δεξαμενή και το κάλυμμα αυτής να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να εξασφαλίζεται ανθεκτικότητα στη διάβρωση.
3. Να διαθέτει εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας από +5 °C πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος έως τουλάχιστον +85°C.
4. Να διαθέτει σταθερότητα θερμοκρασίας ± 0.1 °C και ομοιογένεια θερμοκρασίας τουλάχιστον ± 1 °C.
5. Να διαθέτει οθόνη με ψηφιακή απεικόνιση της οριζόμενης και της πραγματικής θερμοκρασίας και του (υπολειπόμενου) χρόνου προγράμματος.
6. Να διαθέτει ψηφιακό χρονόμετρο.
7. Να διαθέτει ψηφιακό αισθητήρα θερμοκρασίας, ελεγκτή θερμοκρασίας και ένδειξη σφάλματος.
8. Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας ή οπτικοακουστική ένδειξη ειδοποίησης υπερθέρμανσης.
9. Να διαθέτει διάταξη αποστράγγισης.

B. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Το προσφερόμενο όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.
2. Το προσφερόμενο όργανο να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές.
3. Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE.
4. Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει τεχνική υποστήριξη (service).
5. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος.

ΕΙΔΟΣ 7

ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ

1 τεμάχιο

Προϋπολογισμός: 500,00 πλέον ΦΠΑ

Προορίζεται για την ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ

A. Να προσφερθεί εργαστηριακό υδατόλουτρο, με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Το λουτρό να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
2. Να διαθέτει κάλυμμα με οπές και κατάλληλα ομόκεντρα μεταλλικά δακτυλίδια προσαρμογής διαφορετικών διαμέτρων, τεσσάρων (4) θέσεων.
3. Να διαθέτει οθόνη και πληκτρολόγιο, για ευκολία στη χρήση.
4. Να διαθέτει ενσωματωμένο χρονομετρητή.
5. Να διαθέτει βαλβίδα αποστράγγισης.
6. Να διαθέτει εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας περίπου + 5 °C πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος έως περίπου τουλάχιστον 100 °C, με βήμα ρύθμισης 1°C.

ΥΧ

7. Όγκος πλήρωσης του να κυμαίνεται έως τουλάχιστον 14 λίτρα.
8. Να διαθέτει σύστημα προστασίας ή οπτικοακουστική ένδειξη ειδοποίησης υπερθέρμανσης.
9. Να περιλαμβάνει πλατφόρμα για την στήριξη δοχείων και στατώ.

B. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Το προσφερόμενο όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.
2. Το προσφερόμενο όργανο να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές.
3. Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE.
4. Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει τεχνική υποστήριξη (service).
5. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

της Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια θερμοστατικών λουτρών για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / E-MAIL	
ΑΦΜ – ΔΟΥ	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	
Α.Δ.Τ. (Νόμιμου εκπροσώπου)	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας	
Ισχύς προσφοράς	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ			
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΕΙΔΟΣ 1			
ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 3L ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
3 τεμάχια			
• ΧΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ			
• ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Β			
• ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ			
Να προσφερθεί Λουτρό υπερήχων, με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:			
1. Να είναι ικανό για τον αποτελεσματικό καθαρισμό αντικειμένων.	ΝΑΙ		
2. Η δεξαμενή να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και να έχει όγκο 2,5L με 3 L.	ΝΑΙ		
3. Να διαθέτει πιεζοηλεκτρικό μετατροπέα και η παραγόμενη ενέργεια υπερήχων να έχει συχνότητα περίπου μεταξύ 35kHz και 40 kHz.	ΝΑΙ		
4. Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη.	ΝΑΙ		
5. Να διαθέτει ρύθμιση χρόνου λειτουργίας έως τουλάχιστον 90 λεπτά.	ΝΑΙ		
6. Να διαθέτει λειτουργία θέρμανσης από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως τουλάχιστον 70°C με ισχύ θερμαντικού στοιχείου τουλάχιστον 100 W.	ΝΑΙ		
7. Να συνοδεύεται από ανοξείδωτο συρμάτινο καλάθι για την τοποθέτηση δειγμάτων	ΝΑΙ		
8. Να συνοδεύεται από το αντίστοιχο καπάκι.	ΝΑΙ		
Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1. Το προσφερόμενο όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.	ΝΑΙ		
2. Το προσφερόμενο όργανο να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και	ΝΑΙ		

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 13/23

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Εκδοση 5/
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης : 16/04/2025

απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές.			
3. Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE.	NAI		
4. Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει τεχνική υποστήριξη (service).	NAI		
5. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος.	NAI		
ΕΙΔΟΣ 2			
ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5L ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
4 τεμάχια			
Προορίζεται για τις:			
• ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ			
• ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ Α			
• ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΥΡΟΥ			
• Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ			
Να προσφερθεί λουτρό υπερήχων κατάλληλο για τοποθέτηση σε εργαστηριακό πάγκο, με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:			
1. Να είναι ικανό για τον αποτελεσματικό καθαρισμό αντικειμένων.	NAI		
2. Η δεξαμενή να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρητικότητας τουλάχιστον 5L.	NAI		
3. Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη.	NAI		
4. Να διαθέτει ρύθμιση χρόνου λειτουργίας με εύρος τουλάχιστον έως 90 λεπτά.	NAI		
5. Να διαθέτει πιεζοηλεκτρικό μετατροπέα και η παραγόμενη ενέργεια υπερήχων να έχει συχνότητα περίπου μεταξύ 30kHz και 40 kHz.	NAI		
6. Να διαθέτει εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας περίπου + 5 °C πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 60 °C ή ευρύτερο με ισχύ θερμαντικού στοιχείου τουλάχιστον 75 W.	NAI		
7. Να συνοδεύεται από ανοξείδωτο συρμάτινο καλάθι για την τοποθέτηση δειγμάτων.	NAI		
8. Να συνοδεύεται από το αντίστοιχο καπάκι.	NAI		
9. Να έχει έξοδο αποστράγγισης.	NAI		
Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1. Το προσφερόμενο όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.	NAI		
2. Το προσφερόμενο όργανο να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές.	NAI		
3. Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE.	NAI		
4. Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει τεχνική υποστήριξη	NAI		

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 14/23

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 5/
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης : 16/04/2025

(service).			
5. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος.	NAI		
ΕΙΔΟΣ 3			
ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 12L-15L ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
2 τεμάχια			
Προορίζεται για τις:			
• ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α & Β			
• Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ			
Να προσφερθεί λουτρό υπερήχων κατάλληλο για τοποθέτηση σε εργαστηριακό πάγκο, με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:			
1. Να είναι ικανό για τον αποτελεσματικό καθαρισμό αντικειμένων.	NAI		
2. Η δεξαμενή να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρητικότητας περίπου 12L με 15L.	NAI		
3. Να διαθέτει έλεγχο των λειτουργιών μέσω μικροϋπολογιστή.	NAI		
4. Να διαθέτει οπτικές ενδείξεις λειτουργίας.	NAI		
5. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο λειτουργίες υπερήχων (π.χ. εντατική και ήπια λειτουργία) για προσαρμογή της έντασης καθαρισμού.	NAI		
6. Να διαθέτει ρύθμιση χρόνου λειτουργίας και δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας.	NAI		
7. Να παρέχει οπτικοακουστική ειδοποίηση στο πέρας του κύκλου καθαρισμού.	NAI		
8. Να διαθέτει πιεζοηλεκτρικό μετατροπέα και η παραγόμενη ενέργεια υπερήχων να έχει συχνότητα περίπου μεταξύ 35kHz και 40 kHz.	NAI		
9. Να διαθέτει εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας από +30 έως +80 °C ή ευρύτερο.	NAI		
10. Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας ρυθμιζόμενος σε βήματα των 5 °C ή μικρότερο.	NAI		
11. Να διαθέτει ισχύ θέρμανσης περίπου 800W.	NAI		
12. Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης και ασφαλούς απενεργοποίησης σε περίπτωση σφάλματος ή μετά από παρατεταμένο χρόνο συνεχούς λειτουργίας, σύμφωνα με τον χρόνο που ορίζεται από τον κατασκευαστή.	NAI		
13. Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας με αυτόματη διακοπή των υπερήχων σε συνθήκες υπερθέρμανσης.	NAI		
14. Να συνοδεύεται από:			
• για την ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ :ανοξείδωτο καλάθι για την τοποθέτηση δειγμάτων, κατάλληλο για δοκιμαστικούς σωλήνες, με δυνατότητα τοποθέτησης περίπου 20 σωλήνων.	NAI		
• για την Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ:ανοξείδωτο συρμάτινο καλάθι για την τοποθέτηση δειγμάτων.	NAI		
15. Να συνοδεύεται από το αντίστοιχο καπάκι.	NAI		

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 15/23

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 5/
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης : 16/04/2025

16. Να έχει έξοδο αποστράγγισης.	NAI		
B. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1. Το προσφερόμενο όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.	NAI		
2. Το προσφερόμενο όργανο να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές.	NAI		
3. Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE.	NAI		
4. Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει τεχνική υποστήριξη (service).	NAI		
5. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη.	NAI		
ΕΙΔΟΣ 4			
ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 17L-20L ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
2 τεμάχια			
Προορίζεται για τις:			
• ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ			
• Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α			
Να προσφερθεί λουτρό υπερήχων κατάλληλο για τοποθέτηση σε εργαστηριακό πάγκο, με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:			
1. Να είναι ικανό για τον αποτελεσματικό καθαρισμό αντικειμένων.	NAI		
2. Η δεξαμενή να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρητικότητας περίπου 17L με 20L.	NAI		
3. Να διαθέτει έλεγχο των λειτουργιών μέσω μικροϋπολογιστή.	NAI		
4. Να διαθέτει οπτικές ενδείξεις λειτουργίας.	NAI		
5. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο λειτουργίες υπερήχων (π.χ. εντατική και ήπια λειτουργία) για προσαρμογή της έντασης καθαρισμού.	NAI		
6. Να διαθέτει ρύθμιση χρόνου λειτουργίας και δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας.	NAI		
7. Να παρέχει οπτικοακουστική ειδοποίηση στο πέρας του κύκλου καθαρισμού.	NAI		
8. Να διαθέτει πιεζοηλεκτρικό μετατροπέα και η παραγόμενη ενέργεια υπερήχων να έχει συχνότητα περίπου μεταξύ 35kHz και 40 kHz.	NAI		
9. Να διαθέτει εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας από +30 έως +80 °C ή ευρύτερο.	NAI		
10. Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας ρυθμιζόμενος σε βήματα των 5 °C ή μικρότερο.	NAI		
11. Να διαθέτει ισχύ θέρμανσης περίπου 800W.	NAI		
12. Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης και ασφαλούς απενεργοποίησης σε περίπτωση σφάλματος ή μετά από	NAI		

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 16/23

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 5/
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης : 16/04/2025

παρατεταμένο χρόνο συνεχούς λειτουργίας, σύμφωνα με τον χρόνο που ορίζεται από τον κατασκευαστή.			
13. Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας με αυτόματη διακοπή των υπερήχων σε συνθήκες υπερθέρμανσης.	NAI		
14. Να συνοδεύεται από ανοξείδωτο συρμάτινο καλάθι για την τοποθέτηση δειγμάτων.	NAI		
15. Να συνοδεύεται από το αντίστοιχο καπάκι.	NAI		
16. Να έχει έξοδο αποστράγγισης.	NAI		
Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1. Το προσφερόμενο όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.	NAI		
2. Το προσφερόμενο όργανο να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές.	NAI		
3. Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE.	NAI		
4. Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει τεχνική υποστήριξη (service).	NAI		
5. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη.	NAI		
ΕΙΔΟΣ 5			
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ			
2 τεμάχιο			
Προορίζεται για τις:			
• ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β • ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ			
Να προσφερθεί θερμοστατικό λουτρό ψύξης και θέρμανσης με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:			
1. Να είναι κατάλληλο για ψύξη και θέρμανση με εσωτερική κυκλοφορία και δυνατότητα εξωτερικής κυκλοφορίας.	NAI		
2. Να διαθέτει διαστάσεις μπάνιου περίπου 350x203/160 (WxL/H).	NAI		
3. Να έχει μέγιστο όγκο περίπου 14L.	NAI		
4. Να έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -25 °C ως 100 °C ή ευρύτερο.	NAI		
5. Να έχει σταθερότητα θερμοκρασίας 0,05 °C ή μικρότερη.	NAI		
6. Να διαθέτει ενσωματωμένη αντλία κυκλοφορίας του υγρού, με μέγιστη παροχή περίπου 15 L/min και δυνατότητα μείωσης ροής.	NAI		
7. Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη για ρύθμιση και ένδειξη της πραγματικής ή της ρυθμισμένης θερμοκρασίας.	NAI		
8. Το μπάνιο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο	NAI		

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 17/23

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 5/
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης : 16/04/2025

ατσάλι.			
9. Το σύστημα να είναι αερόψυκτου τύπου, χωρίς απαίτηση εξωτερικής παροχής νερού ψύξης.	NAI		
10. Να χρησιμοποιεί αποδεκτό ψυκτικό μέσο, σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία.	NAI		
11. Να διαθέτει διατάξεις ασφαλείας για χαμηλή στάθμη υγρού και υπερθέρμανση.	NAI		
12. Να διαθέτει οπτικοακουστικό σύστημα ειδοποιήσεων για ένδειξη σφαλμάτων ή μη φυσιολογικών συνθηκών λειτουργίας.	NAI		
B. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1. Το προσφερόμενο όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.	NAI		
2. Το προσφερόμενο όργανο να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές.	NAI		
3. Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE.	NAI		
4. Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει τεχνική υποστήριξη (service).	NAI		
5. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη.	NAI		
ΕΙΔΟΣ 6			
ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ 17-22L			
2 τεμάχια			
Προορίζεται για τις:			
• ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΥΡΟΥ			
• ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ Α			
Να προσφερθεί εργαστηριακό επιτραπέζιο υδατόλουτρο, με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:			
1. Η δεξαμενή να έχει χωρητικότητα περίπου 17-22L.	NAI		
2. Η δεξαμενή και το κάλυμμα αυτής να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να εξασφαλίζεται ανθεκτικότητα στη διάβρωση.	NAI		
3. Να διαθέτει εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας από +5 °C πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος έως τουλάχιστον +85 °C.	NAI		
4. Να διαθέτει σταθερότητα θερμοκρασίας ± 0.1 ° C και ομοιογένεια θερμοκρασίας τουλάχιστον ± 1 ° C.	NAI		
5. Να διαθέτει οθόνη με ψηφιακή απεικόνιση της οριζόμενης και της πραγματικής θερμοκρασίας και του (υπολειπόμενου) χρόνου προγράμματος.	NAI		
6. Να διαθέτει ψηφιακό χρονόμετρο.	NAI		
7. Να διαθέτει ψηφιακό αισθητήρα θερμοκρασίας, ελεγκτή θερμοκρασίας και ένδειξη σφάλματος.	NAI		
8. Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας ή οπτικοακουστική	NAI		

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 18/23

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 5/
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης : 16/04/2025

ένδειξη ειδοποίησης υπερθέρμανσης.			
9. Να διαθέτει διάταξη αποστράγγισης.	NAI		
B. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1. Το προσφερόμενο όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.	NAI		
2. Το προσφερόμενο όργανο να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές.	NAI		
3. Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE.	NAI		
4. Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει τεχνική υποστήριξη (service).	NAI		
5. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος.	NAI		
ΕΙΔΟΣ 7			
ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ			
1 τεμάχιο			
Προορίζεται για την ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ			
A. Να προσφερθεί εργαστηριακό υδατόλουτρο, με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:			
1. Το λουτρό να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.	NAI		
2. Να διαθέτει κάλυμμα με οπές και κατάλληλα ομόκεντρα μεταλλικά δακτυλίδια προσαρμογής διαφορετικών διαμέτρων, τεσσάρων (4) θέσεων.	NAI		
3. Να διαθέτει οθόνη και πληκτρολόγιο. για ευκολία στη χρήση.	NAI		
4. Να διαθέτει ενσωματωμένο χρονομετρητή.	NAI		
5. Να διαθέτει βαλβίδα αποστράγγισης.	NAI		
6. Να διαθέτει εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας περίπου + 5 °C πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος έως περίπου τουλάχιστον 100 °C, με βήμα ρύθμισης 1°C.	NAI		
7. Όγκος πλήρωσης του να κυμαίνεται έως τουλάχιστον 14 λίτρα.	NAI		
8. Να διαθέτει σύστημα προστασίας ή οπτικοακουστική ένδειξη ειδοποίησης υπερθέρμανσης.	NAI		
9. Να περιλαμβάνει πλατφόρμα για την στήριξη δοχείων και στατώ.	NAI		
B. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1. Το προσφερόμενο όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.	NAI		
2. Το προσφερόμενο όργανο να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη	NAI		

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 19/23

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 5/
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης : 16/04/2025

σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές.			
3. Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE.	NAI		
4. Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει τεχνική υποστήριξη (service).	NAI		
5. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος.	NAI		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια θερμοστατικών λουτρών για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ						
ΕΠΩΝΥΜΙΑ						
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ						
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / E-MAIL						
ΑΦΜ – ΔΟΥ						
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ						
Α.Δ.Τ. (Νόμιμου εκπροσώπου)						
Υπεύθυνος Επικοινωνίας						
Ισχύς προσφοράς						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜ/ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ (€)
1	ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 3L ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	3				
2	ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5L ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	4				
3	ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 12L-15L ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	2				
4	ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 17L-20L ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	2				
5	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	2				
6	ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ 17-22L	2				
7	ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ	1				

<ΠΟΛΗ>.....,/...../.....

Για τον Προσφέροντα:

.....

Υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 21/23

ΕΝΤΥΠΟ: ENT 02 00 8.01 02/Έκδοση 5/
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης : 16/04/2025

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):	ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ως(4) της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «.....» και το διακριτικό τίτλο «.....» που εδρεύει στην, στην οδό, Τ.Κ. με Α.Φ.Μ.:, Δ.Ο.Υ.:

A. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας πρόσκλησης.

B1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργιών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργιών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελεωδικαίου Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α' 103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

B2. δεν έχει εκδοθεί σε βάρος μου απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστική διαχείριση.

B4. το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπώ νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν.4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134-135 του ν. 5090/2024.

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 22/23

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Εκδοση 5/
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης : 16/04/2025

Γ.αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού καθώς και όποιων άλλων αποδεικτικών στοιχείων/δικαιολογητικών τυχόν ζητηθούν στο πλαίσιο της παρούσας ανάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή.

Ημερομηνία:

Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών
(Υπογραφή-ημερομηνία)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

26PROC019764987 2026-09-11

Ακριβές Αντίγραφο

ΤΜΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΕΡΑΙΔΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ