Ζάκυνθος 13/11/2026
Α. Π.: 6200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ταχ. Δ/νση: Γαϊτάνι Ζακύνθου Τ.Κ. 29100
Πληροφορίες: Διονύσιος Παπαδάτος
ΤΗΛ.: 26953-60607
E-mail: dpapadatos@zante-hospital.gr
Α.Φ.Μ. 999519547, Δ.Ο.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Κωδικός ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:
1015.E00206.0001

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ»

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Ζακύνθου έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού
-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
-του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
-τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) αναφορικά με τη λειτουργία και την υποχρέωση ανάρτησης πράξεων στο ΚΗΜΔΗΣ.
-την υπ’ αρ. 4968/22.01.2026 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 334/02.02.2026) με θέμα "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)..."»

καθώς και
--Την υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ.46186 (ΦΕΚ 1616/09-10-2026 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Υ.Α. περί διορισμού προσωρινού Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος».
--Το από 05/08/2026 Θέμα 6ο «Προμήθεια Αναισθησιολογικού Μηχανήματος», Απόσπασμα Πρακτικού 21ης Συνεδρίασης Δ.Σ του Γ.Ν Ζακύνθου
--ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 28Η/22-12-2025 (ΑΔΑ: ΨΖΤΙ4690ΒΞ-Φ2Γ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΘΕΜΑ 3ο «ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΠΥΥ ΟΙΚ. ΈΤΟΥΣ 2026»
- Την υπ΄αριθμ πρωτοκ.: 5368/01-10-2026 με ΑΔΑ: 91ΗΒ4690ΒΞ-Η91 Απόφαση Διοικητή Συγκρότησης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών
- Το υπ’ αριθμ 5797/23-10-2026 κατατεθειμένο πρακτικό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
- Την υπ’ αριθμ 6088/09-11-2026 με ΑΔΑ: 9Ξ214690ΒΞ-ΤΤΕ Απόφαση Διοικητή για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 37.200,00 € συμπ. Φ.Π.Α 24% για το έτος 2027 για την προμήθεια «Αναισθησιολογικού Μηχανήματος»
- Την υπ’ αριθμ 6151/11-11-2026 με ΑΔΑ: 980Β4690ΒΞ-ΚΔΚ Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης

Σας Προσκαλεί για Υποβολή Προσφοράς ως κάτωθι:

Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «**ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ»**
CPV + περιγραφή CPV	33172100-7 – «Συσκευές Αναισθησίας»
Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης	**30.000,00 € προ Φ.Π.Α ή 37.200,00 € συμπ. Φ.Π.Α 24%**
Φορέας Χρηματοδότησης	Τακτικός προϋπολ. του Γ.Ν.Ζ. οικ. έτους 2026, Α.Λ.Ε.:31201040000101
Κριτήριο ανάθεσης	η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών	Εντός πέντε (5) ημερών
Υποβολή Προσφορών	Για το σύνολο των ζητουμένων ειδών.
Χρόνος ισχύος σύμβασης που θα υπογραφεί (όταν το ΑΙΤΗΜΑ αθροιστικά ξεπερνά την αξία των 2.500,00 € προ ΦΠΑ	**Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ, έως την πλήρη παράδοση του Αναισθησιολογικού Μηχανήματος και όχι αργότερα των εξήντα (60) ημερών.**
Χρόνος παράδοσης	**εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το αναισθησιολογικό μηχάνημα είναι απαραίτητο να διαθέτει τα εξής ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1. Να διαθέτει τροχήλατη βάση με αντιστατικούς τροχούς και κεντρικό σύστημα πέδησης καθώς και ενσωματωμένη συρταριέρα αποθήκευσης αναλώσιμων υλικών με τουλάχιστον τρία (3) συρτάρια.
2. Να φέρει αναρρόφηση κενού και μια ενσωματωμένη επιφάνεια εργασίας καθώς και ενσωματωμένο βοηθητικό ροόμετρο παροχής οξυγόνου (O2).
3. Να διαθέτει εφεδρικό φωτισμό και τουλάχιστον τρεις (3) ηλεκτρικές πρίζες για σύνδεση περιφερειακών συσκευών και επίσης να φέρει βραχίονα στήριξης σωληνώσεων.
4. Να τροφοδοτείται από ρεύμα του δικτύου πόλεως και επιπρόσθετα να φέρει μπαταρία ενσωματωμένη για να τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση πτώσης ή διακοπής ρεύματος, με διάρκειά τουλάχιστον μιας ώρας και να έχει ελληνικό μενού λειτουργίας.
5. Να διαθέτει σωλήνες παροχής O2, N2O και ιατρικού πεπιεσμένου αέρα οι οποίοι να είναι συμβατοί με το κεντρικό σύστημα παροχής των αντίστοιχων αερίων του νοσοκομείου. Επίσης, να διαθέτει εφεδρικές φιάλες O2 και N2O και προστασία του συστήματος από ιδιαίτερα υψηλές πιέσεις.
6. Να διαθέτει ηλεκτρονικό μίκτη (όχι ροόμετρα) παροχής φρέσκων αερίων O2, N2O και αέρα με συνοδό ψηφιακή απεικόνιση των ροών. Επίσης, το εύρος χορήγησης των αερίων να είναι μεταξύ 0,2 - 18 l/min κατάλληλο και για εφαρμογή αναισθησίας low & minimal flow.
7. Να διαθέτει σύστημα με συναγερμό εξασφάλισης ελάχιστης συγκέντρωσης 25% O2 στα φρέσκα αέρια, όταν επιλέγεται μίγμα φρέσκων αερίων O2/N2O καθώς και αυτόματη αποκοπή χορήγησης του N2O όταν διακοπεί ή παύσει η τροφοδοσία του O2.
8. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς και ψηφιακές ενδείξεις στην οθόνη σχετικά με την ορθή τροφοδοσία του μηχανήματος τόσο από το κεντρικό σύστημα παροχής αερίων του νοσοκομείου όσο και από το αντίστοιχο περιεχόμενο των εφεδρικών φιαλών.
9. Να διαθέτει τους ακόλουθους απαραίτητους οπτικοηχητικούς συναγερμούς αναφορικά με:
   9.1. Την πίεση των αεραγωγών
   9.2. Το κατά λεπτό αερισμό

9.3. Την άπνοια ή την διαρροή
9.4. Την αποσύνδεση και φραγμό της υδατοπαγίδας
9.5. Τη μη ορθή πίεση τροφοδοσίας με O2/N2O/AIR
10. Να διαθέτει βαλβίδα flush O2 με επιπλέον ανεξάρτητη έξοδο φρέσκων για χορήγηση αναισθησίας με ημιανοικτά κυκλώματα και επίσης να φέρει βαλβίδα APL (ασφάλειας πίεσης ασθενή). Να δέχεται κάνιστρο νατρασβέστου πολλαπλών χρήσεων και κάνιστρα μιας χρήσεως.
11. Να διαθέτει βάση στήριξης δυο (2) ενεργών εξαερωτήρων σεβοφλουρανίου και δεσφλουρανίου με ασφαλή μηχανισμό πλήρους διαχωρισμού τους ώστε να αποκλείεται η ταυτόχρονη χορήγηση τους.
12. Να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα πρόβλεψης της συγκέντρωσης του εισπνεόμενου και εκπνεόμενου πτητικού αναισθητικού και να εκτελεί έλεγχο όλων των συστημάτων του και έλεγχο πιθανών διαρροών.
13. Να διαθέτει σύστημα απαγωγής αερίων συμβατό με το αντίστοιχο σύστημα του νοσοκομείου.
14. Να φέρει έξοδο φρέσκων αερίων για σύνδεση εξωτερικών κυκλωμάτων μη επανεισπνοής (π.χ. Mapleson, Magill).
15. Ο εξοπλισμός να πληρεί τις σύγχρονες και διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας καθώς και τα πιο σύγχρονα πρότυπα και πιστοποιήσεις σε ό,τι αφορά την ποιότητα, τη διακίνηση, την ασφάλεια, την τεχνική υποστήριξη, την επιστημονική εγκυρότητα του εξοπλισμού αυτού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να διαθέτει τη σχετική σήμανση CE και πιστοποιητικά ποιότητας και ασφαλείας ISO.
16. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών και επάρκειας ανταλλακτικών το ελάχιστο για δέκα (10) έτη καθώς και εξειδικευμένο και πιστοποιημένο service.
17. Επίσης, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει με τη δική του ευθύνη, δικό του τεχνικό προσωπικό και με δικά του έξοδα την εγκατάσταση του εξοπλισμού, των ελέγχων, ορθής λειτουργίας και την παράδοση του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία.
18. Ο αναπνευστήρας να είναι κατάλληλος για μηχανικό αερισμό ασθενών όλων των ηλικιακών ομάδων (νεογνά - παιδιά και ενήλικες) με δυνατότητα αερισμού άπνοιας. Επίσης θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα (χωρίς να είναι απαραίτητη προϋπόθεση) αν είναι εφοδιασμένος με προηγμένο λογισμικό εκτέλεσης αυτοματοποιημένων / προγραμματιζόμενων από το χρήστη ελιγμών πολλαπλών βημάτων (maneuver) για επιστράτευση των κυψελίδων του πνεύμονα (lung recruitment), μέτρηση της ζωτικής χωρητικότητας (vital capacity) και εν γένει εξατομικευμένη φροντίδα ασθενούς.
19. Ο αναπνευστήρας να έχει δυνατότητα χορήγησης ροής έως 180 l/min, ο οποίος να εκτελεί τους παρακάτω τρόπους μηχανικού αερισμού:
19.1. Manual/Spontaneous
19.2. Ελεγχόμενου όγκου και συγχρονιζόμενου ελεγχόμενου όγκου SIMV
19.3. Ελεγχόμενης πίεσης και συγχρονιζόμενης ελεγχόμενης πίεσης PSIMV
19.4. Ελεγχόμενης πίεσης με εγγυημένο όγκο αναπνοής
19.5. Αυθόρμητο με υποστήριξη πίεσης και με δυνατότητα ορισμού αερισμού άπνοιας
20. Ο αναπνευστήρας να ρυθμίζει άμεσα ή έμμεσα από τον χρήστη τα ακόλουθα:
20.1. Συχνότητα αναπνοών έως 100 ανά λεπτό
20.2. Σχέση εισπνοής/εκπνοής λόγο I:E από 4:1 έως 1:4
20.3. Όγκο αναπνοής από 5 ml έως 1600 ml στους αερισμούς ελεγχόμενου όγκου και με δυνατότητα χορήγησης μικρού αναπνεόμενου όγκου για χρήση σε νεογνά
20.4. Πίεση PEEP από 0 έως 20 mbar
20.5. Εισπνευστική πίεση 10 έως 80 mbar
20.6. Trigger ροής 0,3 - 10 l/min
20.7. Πίεση υποστήριξης 10 έως 60 mbar
20.8. Περιορισμό πίεσης σε αερισμό όγκου 10 έως 70 mbar
21. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 15 ιντσών ώστε να μετρά και να παρουσιάζει

ταυτόχρονα: 21.1. Κυματομορφές πίεσης αεραγωγών, ροής, καπνογραφίας, πτητικών παραγόντων, οξυγόνου κλπ. 21.2. Αριθμητικές τιμές των όγκου αναπνοής, όγκου ανά λεπτό, χορηγούμενου O2, πτητικών παραγόντων, αντίστασης αεραγωγών, ενδοτικότητας, τιμής MAC, αναπνευστικής συχνότητας, εισπνεόμενου και εκπνεόμενου CO2 κλπ. 21.3. Βρόγχους για πίεση/όγκο & ροή/όγκο 21.4. Καμπύλες trends 21.5. Συναγερμούς 21.6. Να διαθέτει σπιρομετρία με γράφημα. 22. Τέλος, να διαθέτει θερμαινόμενο ενσωματωμένο κύκλωμα επανεισπνοής με: 22.1. Βαλβίδες εισπνοής/εκπνοής 22.2. Θέση για ασκό manual αερισμού 22.3. Βαλβίδα περιορισμού πίεσης manual αερισμού 22.4. Κάνιστρο νατρασβέστου το οποίο να διαθέτει διάταξη ασφαλούς αντικατάστασής του κατά τη διάρκεια της επέμβασης, χωρίς να δημιουργούνται διαρροές 22.5. Κύκλωμα σωληνώσεων πολλαπλών χρήσεων

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	

Τρόπος υποβολής προσφοράς	με χρήση της πλατφόρμας iSupplies \n Προκειμένου να μπορέστε να συμμετέχετε και να υποβάλετε προσφορά, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή. \n Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671, είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: http://isupplies.gr/auth/register. \n Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ - ΤΙΜΩΝ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ EMDN	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ανώτατη Τιμή Μονάδας προ Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	**Z12030101**	**ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ**	**Τεμάχιο**	**30.000,00 €**	**1**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ – ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

-- Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο **αριθμός διαγωνισμού.**

-- Η ισχύς της προσφοράς να έχει τουλάχιστον **τρίμηνη (3 μήνη)** διάρκεια.

-- Η προσφορά θα είναι αποδεκτή, εφόσον πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο μέσω της πλατφόρμας **iSupplies**

Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα, ενημερώστε μας έγκαιρα, όσο είναι ενεργός ο διαγωνισμός, για να δοθεί παράταση.

-- Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι:

1. περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα:
   - 73 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4782/2021 και
   - 74 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4782/2021
2. αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
3. δεσμεύονται ότι τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας,
4. δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν
5. δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
6. η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προμήθειας υλικών. Για κάθε προσφερόμενο είδος θα δίδεται πλήρη Περιγραφή και θα αναγράφονται υποχρεωτικά η εμπορική του ονομασία, η συσκευασία του, η επιχειρηματική μονάδα παραγωγής και τόπος εγκατάστασής της, κωδ. CPV, περιγραφή CPV, κωδ. τιμολόγησης, κωδ ΕΚΕΒΥΛ, ΕΚΑΠΤΥ, GMDN και Παρατηρητηρίου Τιμών.

Παροχής υπηρεσιών. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις ζητούμενες απαιτήσεις και τις προδιαγραφές, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Επίσης στην τεχνική προσφορά οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. Οι εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν στην πλατφόρμα iSupplies, μαζί με την προσφορά και πιστοποιητικά σε ισχύ, ώστε **να αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υλικών ή υπηρεσιών** (π.χ. Πιστοποιητικό Καταλληλότητας CE, ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ISO 13485 Διαχείρισης ποιότητας για ιατρικά προϊόντα, OHSAS 18001 Υγιεινής και ασφάλειας, ISO 14001 Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κ.λπ.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προμήθειας υλικών. Η τιμή θα δοθεί σε € (**ολογράφως και αριθμητικώς**), ανά μονάδα μέτρησης, για παράδοση του υλικού με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και σε χώρο που θα υποδειχθεί, ενώπιον Επιτροπής παραλαβής. Οι τιμές που θα δοθούν θα **περιλαμβάνουν** τις κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Παροχής υπηρεσιών. Στην οικονομική προσφορά θα δοθεί μια και μόνο προσφερόμενη τιμή σε € (ολογράφως και αριθμητικώς), που θα αφορά το κόστος για παροχή υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση και θα περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα για την πλήρη εκτέλεση του έργου όπως π.χ.: οι νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων και οι ασφαλιστικές εισφορές αυτών, εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους και εργολαβικού κέρδους, καθώς και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επί ποινή αποκλεισμού η προσφερόμενη τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει την ανώτατη τιμή του **Παρατηρητηρίου Τιμών** της Ε.Π.Υ. (εφ' όσον υπάρχει αντιστοίχιση), ενώ σε περίπτωση που το είδος ή η υπηρεσία δεν ταυτοποιείται στο Παρατηρητήριο Τιμών, πρέπει να κατατεθεί αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση.

-- Το Νοσοκομείο δεν θα δεχθεί **ουδεμία διαφοροποίηση** στις προσφερόμενες τιμές, για οποιαδήποτε αιτία.

-- Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Θα λαμβάνεται υπόψη ΜΟΝΟ η τιμή που έχει καταχωρηθεί στο σύστημα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Στην περίπτωση που το **ΑΙΤΗΜΑ αθροιστικά** ξεπερνά την αξία των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ **(2.500,00 €)** προ ΦΠΑ, παρακαλούμε όπως καταθέσετε στην πλατφόρμα iSupplies τα κάτωθι **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:** Στις λοιπές περιπτώσεις, ο οικονομικός φορέας προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

1. Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από Α.Α.Δ.Ε. και e-ΕΦΚΑ αντιστοίχως.
2. Σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από οικονομικό φορέα που έχει υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ, ζητείται να προσκομιστεί για την απόδειξη:

- της νόμιμης εκπροσώπησης, σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ
- της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

--Η παράδοση του αναισθησιολογικού μηχανήματος θα γίνει εφάπαξ ύστερα από την έγγραφη παραγγελία μας, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις αποθήκες του Γ.Ν.Ζ. (Υλικού-Τροφίμων-Φαρμάκων κ.λπ.) σε χώρο που θα υποδειχθεί.
--Χρόνος Παράδοσης εντός 60 (εξήντα) ημερών--από την ημέρα λήψης της παραγγελίας--, που θα αναγράφεται στην προσφορά του προμηθευτή.
--Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής η οποία θα έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή του παραδοθέντος έργου και με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 & 5 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021:
Για υλικά:
Α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208, περί παραλαβής υλικών.Β) Αποδεικτικό εισαγωγής του εξοπλισμού στην αποθήκη του Νοσοκομείου
Για υπηρεσίες:
Α) Πρακτικό ποσοτικής και ποιοτικής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το οποίο συντάσσεται από αρμόδια επιτροπή που θα ορισθεί από το Νοσοκομείο για την παραλαβή των Υπηρεσιών και παρακολούθησης των όρων της σύμβασηςΕπίσης
1) Τιμολόγιο του προμηθευτή, που θα έχει εκδοθεί: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Ταχ. Δ/νση: Γαϊτάνι Ζακύνθου Τ.Κ. 291 00 ΑΦΜ: 999519547, ΔΟ.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης **1015.Ε00206.0001** (Άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016)
2) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3) Οποιοδήποτε άλλο παραστατικό ή δικαιολογητικό ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλ. Φ.Π.Α., για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάτωθι κρατήσεις:α) Κράτηση ύψους 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο ν.4912/22 (Α΄59) και στον ν.4413/2016 (Α' 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ.
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 (Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016).γ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ & και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων

σύμφωνα με το άρθρο 3, Ν. 3580/2007. Και κάθε νόμιμη κράτηση υπέρ Δημοσίου & τρίτων
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας (4% για Υλικά, 8% για Υπηρεσίες) επί του καθαρού ποσού.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (EMDN / ΕΚΑΠΥ)

1. Υποχρέωση Καταχώρησης Κωδικών κατά την Υποβολή Προσφοράς στο i-supplies

Όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι/προμηθευτές υποχρεούνται, κατά την ψηφιακή συμπλήρωση των στοιχείων της προσφοράς τους στην πλατφόρμα iSupplies, να συμπληρώνουν υποχρεωτικά τα αντίστοιχα πεδία κωδικοποίησης ανάλογα με το αντικείμενο της προμήθειας:

- Για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (Υλικά / Αναλώσιμα / Όργανα): Είναι υποχρεωτική η αναγραφή του επίσημου ευρωπαϊκού κωδικού EMDN (European Medical Device Nomenclature), καθώς και του κωδικού UDI-DI του προϊόντος.
- Για Λοιπά Υλικά (Μη Ιατροτεχνολογικά): Όπου δεν εφαρμόζεται ο κωδικός EMDN, συμπληρώνεται ο αντίστοιχος Εθνικός Κωδικός Υλικού από το ψηφιακό μητρώο της ΕΚΑΠΥ
- Για Υπηρεσίες (Συντήρηση, Καθαριότητα, Φύλαξη κ.λπ.): Είναι υποχρεωτική η αναγραφή του Εθνικού Κωδικού Υπηρεσίας από την πλατφόρμα της ΕΚΑΠΥ. Ειδικά για τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης/συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ο ανάδοχος δηλώνει συμπληρωματικά και τον κωδικό EMDN του υπό συντήρηση μηχανήματος.

Η μη συμπλήρωση ή η λανθασμένη αναγραφή των ανωτέρω κωδικών στα αντίστοιχα πεδία του i-supplies αποτελεί λόγο αποκλεισμού της προσφοράς κατά το στάδιο της αξιολόγησης.

2. Υποχρεώσεις κατά την Έκδοση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (B2G)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει τα παραστατικά του αποκλειστικά μέσω Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (B2G),

- Για Υλικά (Πεδίο BT-10 = YLIKA): Στις γραμμές του τιμολογίου πρέπει να αποτυπώνεται ο κωδικός EMDN (ή ο εθνικός κωδικός ΕΚΑΠΥ για μη ιατροτεχνολογικά είδη).
- Για Υπηρεσίες (Πεδίο BT-10 = SERVICES): Στις γραμμές του τιμολογίου πρέπει να αποτυπώνεται ο εθνικός κωδικός υπηρεσίας της ΕΚΑΠΥ.

Σε περίπτωση απόρριψης τιμολογίου για τη μη τήρηση των παραπάνω, η ευθύνη για την καθυστέρηση της διαδικασίας εκκαθάρισης και πληρωμής βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

3. Διαδικασία Τροποποίησης / Αντικατάστασης Υλικών λόγω Ανωτέρας Βίας ή Έλλειψης

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο Ανάδοχος αδυνατεί να παραδώσει το συγκεκριμένο υλικό που εγκρίθηκε (π.χ. λόγω αποδεδειγμένης έλλειψης στην αγορά, κατάργησης του προϊόντος ή ανωτέρας βίας), εφαρμόζεται η εξής υποχρεωτική διαδικασία πριν από την έκδοση του τιμολογίου:

1. Γραπτό Αίτημα: Ο Ανάδοχος υποβάλλει εγκαίρως έγγραφο αίτημα προς το αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου/Φορέα, αιτώντας την αντικατάσταση του είδους με άλλο, αντίστοιχων ή ανώτερων τεχνικών προδιαγραφών.
2. Γνωστοποίηση Νέων Κωδικών: Στο ίδιο αίτημα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει τον νέο κωδικό EMDN, τον νέο κωδικό UDI-DI (ή τον νέο εθνικό κωδικό ΕΚΑΠΥ) που αντιστοιχεί στο προτεινόμενο νέο υλικό.
3. Έγκριση και Ενημέρωση Συστήματος: Το Νοσοκομείο εξετάζει το αίτημα. Εφόσον αυτό γίνει δεκτό, η αλλαγή και οι νέοι κωδικοί επικαιροποιούνται υποχρεωτικά στην πλατφόρμα iSupplies.

Οποιαδήποτε αυθαίρετη αποστολή εναλλακτικού υλικού ή έκδοση τιμολογίου με κωδικούς που δεν έχουν εγκριθεί προηγουμένως και δεν ταυτίζονται με το i-supplies, θα οδηγεί σε άμεση απόρριψη του τιμολογίου και μη παραλαβή των υλικών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ