



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ.ΑΛΛΗΛ.
6^η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ»**

Ταχ. Δνση : Οδός Στυλιανού Τυπάλδου 91
Ληξούρι ΤΚ28200
Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία
Πληρ.Β.Μπίρτσου, Μ.Κωστοπούλου
ΤΗΛ. 2671360337 - 2671360336
e-mail: promithieslixouri@1702.syzefxis.gov.gr

Ληξούρι. 24-9-2026
Αρ.Πρωτ. 1867

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ- CPV 33696300-8 ΓΙΑ ΕΠΤΑ ΔΩΔΕΚΑΘΗΜΟΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ»

**ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ
ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΤΑ ΔΩΔΕΚΑΘΗΜΟΡΙΑ CPV 33696300-8»**

- Σχ.1.** Τις διατάξεις του Ν.3329/05 Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές Διατάξεις.
- 2.** Τις διατάξεις του Ν.2286/95 άρθρο 6 παρ.3, «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις των συναφών θεμάτων»
- 3.** Τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Τομέα»
- 4.** Τις διατάξεις του Ν.3580/2007, Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.
- 5.** Τις διατάξεις του Ν.1861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) άρθρο 24 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών στο Διαδίκτυο οργάνων «Πρόγραμμα Διαύγεια » και άλλες διατάξεις.
- 6.** Τις διατάξεις του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) άρθρο 6 σε συνδυασμό με τα άρθρα 15 & 16, Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.
- 7.** Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες Διατάξεις».
- 8.** Τις διατάξεις του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις » .
- 9.** Το άρθρο 27 παρ. 11 του Ν.3867 (μέχρι 45.000,00€) δεν χρειάζεται έγκριση από άλλο όργανο.
- 10.** Του Ν.1585 με θέμα « Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 2015, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές...».
- 11.** Το Ν.4412/2016
- 12.** Το Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

13. Το ΦΕΚ- ΤΕΥΧΟΣ ΥΟΔΔ, αρ. φύλλου 986/5-8-2025 περί λήξης της θητείας της προσωρινής Αναπληρώτριας Διοικήτριας του Γ.Ν.Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο» (διασυνδεδεμένου με το Γ.Ν.Κεφαλληνίας) ΜΟΣΧΟΝΑ ΖΩΗΣ και εκ νέου διορισμός.
14. Το με αρ.πρωτ 7201/18-5-2026 έγγραφο του Κοινού Διοικητή των διασυνδεδεμένων νοσοκομείων Γ.Ν Κεφαλληνίας και Γ.Ν Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο» για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο» κα. Ζωή Μοσχονά.
15. Το με αρ. 18^η τακτ./10-6-2026, ΑΔΑ ΨΜΟ94690ΒΔ-ΣΟΞ απόφαση Ενιαίου Δς των διασυνδεδεμένων Νοσοκομείων Γ.Ν.Κεφαλληνίας και Γ.Ν.Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο» για την έγκριση σκοπιμότητας και πίστωσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών Μικροβιολογικού Τμήματος για προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων βιοχημικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό με εξετάσεις που αντιστοιχούν σε ένα έτος, όπως αυτές κατατέθηκαν από το Μικροβιολογικό Τμήμα μ ετο με αρ.πρωτ. 622/30-3-2026 έγγραφό τους.
16. Με το υπ' αριθμ 27^η έκτ./3-9-2026, θέμα 2ο (ΑΔΑ ΨΟΥ44690ΒΔ-ΖΚΙ) απόφαση Ενιαίου ΔΣ των διασυνδεδεμένων ΓΝ Κεφαλληνίας & ΓΝ Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο» για την έγκριση σκοπιμότητας και πίστωσης για έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας για επτά δωδεκατημόρια και την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών αντιδραστηρίων, αναλωσίμων και συνοδού εξοπλισμού για βιοχημικές εξετάσεις, για επτά δωδεκατημόρια.
17. Την υπ.αριθμ α/α 195/01-09-2026 (ΑΔΑ 6Ζ8Χ4690Β8-ΖΞ8) δέσμευση.

Σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά για προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων βιοχημικών εξετάσεων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για επτά δωδεκατημόρια (CPV: 33696300-8) για το ΓΝ Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο». Η προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό ως προς τον προϋπολογισμό και τεχνικές προδιαγραφές αναλύεται παρακάτω:

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για τρεις μήνες και να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ,εφόσον υπάρχουν και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο κωδικός του Παρατηρητηρίου Τιμών (εάν υπάρχει).

Ο ΑΛΕ είναι ο 32302050000001 του Προϋπολογισμού και το προϋπολογιστικό κόστος για επτά δωδεκατημόρια ανέρχεται στο ποσό των 28.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% και 24%(πολυετής δέσμευση) με προϋπολογισθέν ποσό 14.000,00 ευρώ συμπ/νων ΦΠΑ 6% και 24% για το έτος 2026 και προϋπολογισθέν ποσό 14.000,00 ευρώ συμπ/νων ΦΠΑ 6% και 24% για το έτος 2027.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
1	ΟΥΡΙΑ	700
2	ΓΛΥΚΟΖΗ	700
3	ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ	700
4	ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ	400
5	ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ	400
6	ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ	400
7	ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΑΗDL	400
8	SGOT	600
9	SGPT	600
10	ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ	500
11	γGT	500
12	LDH	500
13	ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ	200

14	ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗ	100
15	ΚΑΛΙΟ	700
16	ΝΑΤΡΙΟ	700
17	ΑΣΒΕΣΤΙΟ	300
18	ΦΩΣΦΟΡΟΣ	100
19	ΜΑΓΝΗΣΙΟ	100
20	ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ	300
21	ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΟΡΟΥ	100
22	ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΡΟΥ	100
23	ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ	20
24	ΑΜΥΛΑΣΗ	200
25	CPK	300
26	CKMB	200
27	TOTAL PSA	160
28	ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ	300
29	CRP	400
30	TSH	300
31	HbA1c	240
32	FT4	60
33	FOLATE	160
34	VITAMIN B12	200
35	MALB	60
36	ΤΡΟΠΙΟΝΙΝΗ	120

Το εκτιμώμενο ποσό των υπό προμήθεια ειδών ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 28.000,00 (είκοσι οκτώ χιλιάδων) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο» για επτά δωδεκατημόρια με πολυετή δέσμευση και προϋπολογισθέν κόστος ανά έτος ,όπως αναφέρεται παραπάνω.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας τελευταίας γενεάς και να εκτελεί όλες τις εξετάσεις του ΠΙΝΑΚΑ με δυνατότητα προγραμματισμού αντιδραστηρίων τρίτων κατασκευαστών (open channels) στον Πίνακα.
2. Να είναι συνεχούς φόρτωσης, τυχαίας επιλογής δείγματος (Random Access) και εισαγωγής επειγόντων δειγμάτων κατά προτεραιότητα από το ίδιο σημείο (STAT), σε μη προεπιλεγμένες θέσεις, χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας και χωρίς να αφαιρούνται τα δείγματα ρουτίνας.
3. Ο αναλυτής να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 400 φωτομετρικών αναλύσεων - εξετάσεων ανά ώρα.
4. Να φέρει δειγματολήπτη 60 δειγμάτων, με δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης και δειγματοληψίας από σωληνάρια με barcode ή σωληνάρια διαφορετικής διαμέτρου και ύψους, καψάκια σε σωληνάρια κ.α.
5. Να μην απαιτείται καμία προεργασία των δειγμάτων από τον χειριστή για τις ζητούμενες εξετάσεις.
6. Να δέχεται δείγματα διαφόρων τύπων (ορός, πλάσμα, ούρα, ENY) στον ίδιο δειγματολήπτη, ορούς ελέγχου ποιότητας (QC) διαλύματα βαθμονόμησης.
7. Να έχει ενσωματωμένη μονάδα ηλεκτρολυτών με δυνατότητα μέτρησης K⁺, Na⁺, Cl⁻ με τεχνολογία ISE.
8. Να διαθέτει ψυχόμενο χώρο αποθήκευσης-ψυγείο (2-8°C) των αντιδραστηρίων, χωρητικότητας 44 θέσεων, με αναγνώστες γραμμωτού κώδικα (barcode) για εφάπαξ φόρτωση των απαραίτητων για τη διενέργεια εξετάσεων.

9. Να διαθέτει δυνατότητα φόρτωσης αντιδραστηρίων και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του αναλυτή ή δυνατότητα ενημέρωσης του χειριστή για το υπόλοιπο της ποσότητας των αντιδραστηρίων-αριθμό tests κατά την έναρξη της λειτουργίας αυτού.
10. Να δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτωσης και βαθμονόμησης αντιδραστηρίων ίδιας και διαφορετικής παρτίδας.
11. Να χρησιμοποιεί υγρά αντιδραστήρια.
12. Να υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού επιπλέον εξετάσεων ενώ το δείγμα αναλύεται και δυνατότητα reflex testing.
13. Να ειδοποιείται ο χρήστης για τυχόν έλλειψη ποσοτήτων των υγρών (δείγματα, αντιδραστήρια, απόβλητα).
14. Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης δεικτών παρεμπόδισης σε δείγματα όπως λιπαιμία, αιμόλυση και ικτερική χροιά.
15. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης ποσότητας δείγματος, πήγματος, φυσαλίδων, θρόμβων.
16. Να έχει σύστημα αυτόματης και συνεχούς φόρτωσης κυβετών μιας χρήσεως.
17. Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών του συστήματος και να παρέχει δυνατότητα εντοπισμού βλαβών εξ αποστάσεως.
18. Να εκτελεί αυτόματα αραιώσεις για αποτελέσματα τιμών εκτός ορίων.
19. Να υπολογίζεται η υπολειπόμενη ποσότητα όλων των υγρών (αντιδραστήρια, δείγματα, πλυστικά υγρά, υγρά ISE) και να ειδοποιείται ο χειριστής.
20. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου ποιότητας (QC) και ενσωματωμένο πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας Westgard rules, Levey Jennings.
21. Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό πληροφοριακό σύστημα που εφαρμόζει το Νοσοκομείο μας.
22. Να έχει τη δυνατότητα προσδιορισμού υπολογιστικών εξετάσεων.
23. Οι διαστάσεις του αναλυτή να είναι τέτοιες, που να επιτρέπουν την εγκατάστασή του στο βιοχημικό εργαστήριο, χωρίς καμία απολύτως παρέμβαση στο χώρο.
24. Να λειτουργεί υπό τάση 220V.
25. Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης (UPS), και σύστημα καθαρισμού νερού.
26. Ο αναλυτής αποτελεί συνοδό εξοπλισμό. Τα έξοδα συντήρησης του εξοπλισμού να επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
27. Να συνοδεύεται από υπολογιστή και το πρόγραμμα επεξεργασίας αποτελεσμάτων να είναι στην Ελληνική γλώσσα.
28. Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή.
29. Να διαθέτει σήμανση CE.
30. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 100.000 εξετάσεων ασθενών και 100.000 αποτελεσμάτων ποιοτικού ελέγχου.
31. Να κατατεθεί λίστα εγκατεστημένων μηχανημάτων σε Δημόσια ή Ιδιωτικά νοσοκομεία.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Το σύστημα να είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής, κατάλληλη για χρήση σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ορθή λειτουργία του.
2. Το σύστημα θα πρέπει να πληροί τα διεθνή στάνταρτ ασφαλείας IEC και να φέρει σήμανση με την Οδηγία 98/79/EE. Να κατατεθεί η δήλωση συμμόρφωσης CE για το προσφερόμενο τύπο αναλυτή.
3. Να πληροί τα διεθνή στάνταρτ ασφαλείας IEC.
4. Όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που θα συνοδεύουν την Προσφορά, θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα.
5. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να συνυποβάλλει με ποινή αποκλεισμού, οπωσδήποτε μετά της προσφοράς του, (στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς), τα παρακάτω, προκειμένου αφενός μεν τα αντίστοιχα στοιχεία να αξιολογηθούν - βαθμολογηθούν και αφετέρου δε να εξασφαλίζεται η πλήρης εκμετάλλευση / αξιοποίηση των δυνατοτήτων και αποδόσεων των ειδών και κύρια να διασφαλίζεται από τους χρήστες η κανονική

λειτουργία του συγκροτήματος και ταυτόχρονα να προστατεύεται η Δημόσια Υγεία με την χρησιμοποίηση των αναγκαίων εκάστοτε στοιχείων, κατά τη διενέργεια των εξετάσεων :

- Πλήρες επίσημο εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα κατά την παράδοση του συγκροτήματος, ενώ στην αρχική προσφορά (στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς) μπορεί να δοθεί στην Αγγλική και κατά προτίμηση και στην Ελληνική.
 - Θα αναφέρει με σαφήνεια αν στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται τμήματα, τα οποία στα Prospectus χαρακτηρίζονται ως Option.
7. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του υπό προμήθεια εξοπλισμού και να το παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς και επιστημονικούς κανόνες και κανονισμούς του Ελληνικού κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου, και την συνδρομή των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα σε χώρο που θα του διατεθεί.
 8. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, με πολυετή εμπειρία στο χώρο των αιματολογικών αναλυτών, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση των προσφερομένων ειδών το οποίο και θα αναφέρει αναλυτικά καθώς και θα προσκομίσει όλα εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με την εκπαίδευση τους και την πιστοποίησή τους επί ποινή αποκλεισμού. Να κατατεθεί πελατολόγιο της εταιρείας με όμοιους με τους προσφερόμενους αναλυτές σε πρωτοβάθμιες δομές Υγείας του Ελληνικού Δημοσίου για να ελεγχθεί η αξιοπιστία του αντιπροσώπου. (Τεχνική Επάρκεια)
 9. Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Μικροβιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου όσον αφορά την χρήση των μηχανημάτων κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή έναρξη λειτουργίας του.
 10. Στην προσφορά θα καλύπτεται πλήρως το κόστος της ετήσιας Πλήρους Συντήρησης (Προληπτική Συντήρηση και Επανορθωτικές Βλάβες), μαζί με τα ανταλλακτικά και όλα τα παρελκόμενα και όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού, (UPS, εκτυπωτές, κλπ.), τα οποία θα καλύπτονται πλήρως επίσης. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης αποκατάστασης ενός λειτουργικού προβλήματος ο Αναλυτής θα αντικαθίσταται άμεσα. Το ετήσιο κόστος συντήρησης θα βαρύνει τον ανάδοχο σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης των Αντιδραστηρίων.
 11. Ο χρόνος απόκρισης για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος ανακύψει στην χρήση και λειτουργία του Συνοδού Εξοπλισμού θα είναι 24ώρες
 12. Στην Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε σε λίστα όλα τα απαραίτητα υλικά - αναλώσιμα για την λειτουργία των μηχανημάτων.
 13. Στην προσφορά να υπάρχει φύλλο συμμόρφωσης προς όλες τις προδιαγραφές που ζητούνται και να τεκμηριώνονται με σαφείς παραπομπές στο κύριο prospect της κατασκευάστριας εταιρείας που πρέπει να περιλαμβάνεται στην προσφορά ή στα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά, με ποινή αποκλεισμού».
 14. Οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να δίνουν ακριβή αριθμό τεμαχίων αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για να διευκολύνεται η παραγγελία των ειδών από τα αντίστοιχα τμήματα διαχείρισης των υλικών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Ο οικονομικός φορέας οφείλει να καταθέσει την προσφορά του στην Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Ληζουρίου «Μαντζαβινάτειο») έως και την Τετάρτη 07-10-2026 και ώρα 14.30.

Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών: Πέμπτη 08-10-2026 & ώρα 12:00 π.μ.

1. πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (Γενικό Νοσοκομείο Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο»).
- Ο αριθμός της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
- Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
- Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email)

2. Η οικονομική προσφορά, η τεχνική περιγραφή της προσφερόμενης προμήθειας καθώς και όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά **έγγραφα και δικαιολογητικά** θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στην **Γραμματεία Γενικού Νοσοκομείο Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο**. Μέσα στον **κυρίως φάκελο** τοποθετούνται **σε χωριστό φάκελο όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς**, εφόσον απαιτούνται, τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη **«Τεχνική προσφορά»**. Η μορφή ξεχωριστών φακέλων για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά γίνεται για διευκόλυνση της επιτροπής και δεν συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. Αντίθετα, τα **οικονομικά στοιχεία** της προσφοράς τοποθετούνται, **επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο**, με την ένδειξη **«Οικονομική προσφορά»**.

3. Η αξιολόγηση των προσφορών θα προκύψει από την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

4. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής:

• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι:

-Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.

-Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

-Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

-Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

-Παραίτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού.

-Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

-Δεσμεύεται για την άμεση παράδοση των αντιδραστηρίων και του συνοδού εξοπλισμού μετά από έγγραφη παραγγελία στα Κέντρα Υγείας. Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

5. Η Τεχνική Προσφορά

• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι συμφωνεί και καλύπτει απόλυτα τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αναλύονται ανωτέρω

6. Η οικονομική προσφορά: θα πρέπει να περιέχει: - Πίνακες των προσφερομένων ειδών με τις τιμές ανά συσκευασία για όλα τα προσφερόμενα αντιδραστήρια, καθώς και για όλα τα επιπρόσθετα υλικά όπως υλικά βαθμονόμησης και ελέγχου (controls, calibrators) και λοιπών αναλωσίμων, που απαιτούνται για την εκτέλεση των εξετάσεων. Πίνακες με την συνολική δαπάνη του τμήματος και την τιμή ανά εξέταση Αναλυτικό οικονομικό πίνακα (Υπόδειγμα). Οποιοσδήποτε συμπληρωματικός πίνακας που να είναι προσδιοριστικός του κόστους μπορεί να επισυναφθεί.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ	ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛ.ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

- Υπεύθυνη δήλωση ότι στις προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να έχουν ενσωματωθεί όλες οι δαπάνες μεταφοράς, εγκατάστασης, εκπαίδευσης, μίσθωσης, συντήρησης και service του συνοδού εξοπλισμού. Καθώς και ότι οιοδήποτε υλικό απαιτηθεί για την απρόσκοπτη λειτουργία του αναλυτή και δεν περιλαμβάνεται στα προσφερόμενα είδη, θα παραδίδεται αμέσως και χωρίς οικονομική επιβάρυνση στο Νοσοκομείο.

7. Για όσα δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας.

8. Με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται να μας προσκομίσει **Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα, Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου** του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας καθώς και τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.

Η ΑΝΑΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΜΟΣΧΟΝΑ